

Dardilly, le 8 Février 2008

A l'attention : - des responsables de laboratoire
- des directeurs de l'établissement de santé
- des correspondants locaux de réactovigilance

Objet : Retrait du latex Streptex groupe A lot J018910 contenu dans le coffret :

- Streptex 50 tests R30950501 lot J101410

Madame, Monsieur,

Des investigations menées suite à des remontées d'information de clients ont confirmé la survenue de quelques réactions faussement positives dues à une détérioration anticipée du réactif.

En conséquence et en accord avec l'AFSSAPS, nous vous demandons :

- **de retirer du coffret le flacon de latex Streptex groupe A lot J018910 et de ne plus l'utiliser (les autres réactifs de ce coffret peuvent être utilisés de façon habituelle)**

Merci de nous retourner l'accusé de réception joint par fax au 04 78 66 03 76.

Notre assistance technique est à votre disposition si nécessaire au 04 72 52 33 73.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

MF MARQUET

Chef de produit