

BIOMÉRIEUX

**A l'attention des
Directeurs des Etablissements de Santé
Responsables de Laboratoire,
Correspondants locaux de réactovigilance**

Marcy l'Etoile, 23 août 2005
Réf : MTK/em - 079

IMPORTANT

RECOMMANDATIONS PRODUITS - RECTIFICATIF

SIMPLASTIN[®] EXCEL

Réf. 252001 - lot 161854

Madame, Monsieur,

Vous avez utilisé la Simplastin Excel, référence 252001, lot 161854 et travaillez sur appareil OPTION.

Une erreur s'est glissée dans le courrier du 16 août 2005, Réf : MTK/em - 078 tableau A page 2 et Accusé de réception page 5.

Veillez trouver, ci-joint, le courrier corrigé.

Comme vous pouvez le constater, le lot 161854 utilisé sur OPTION n'est pas concerné par l'erreur de détermination de l'ISI. La valeur d'ISI **1,90**, annoncée dans le coffret, ne change pas.

Nous nous excusons par avance des perturbations occasionnées au sein de votre laboratoire et restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, l'assurance de nos salutations distinguées.

Marie Thérèse KERANGUEVEN
Responsable
Service Applications EIA/Biochimie/Hémostase
bioMérieux FRANCE

BIOMÉRIEUX