

Dardilly, le 22 Mai 2008

A l'attention : - des responsables de laboratoire
- des directeurs de l'établissement de santé
- des correspondants locaux de réactovigilance

Objet : Retrait du DR0620M E. coli O157 Latex Test lot J178510

Madame, Monsieur,

Des investigations menées suite à des remontées d'information de clients ont confirmé la survenue de réactions lentes et quelquefois faibles avec le coffret **DR0620M E. coli O157 Latex test lot J178510**. Ces réactions apparaissent dans l'intervalle d'une minute comme spécifié dans la notice mais elles peuvent être plus lentes que celles observées d'habitude avec des lots précédents.

En conséquence et en accord avec l'AFSSAPS, nous vous demandons :

- **de ne plus utiliser et détruire les flacons restants du réactif DR0620M lot J178510**

Pour un remplacement, merci de nous retourner l'accusé de réception joint par fax au 04 78 66 03 76.

Notre assistance technique est à votre disposition si nécessaire au 04 72 52 33 73.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

MF MARQUET

Chef de produits

ACCUSE DE RECEPTION

(à nous retourner impérativement pour un remplacement)

OXOID SA

6 route de Paisy

69571 DARDILLY CEDEX

Fax : 04 78 66 03 76

Je soussigné(e) :

NOM

Adresse

Déclare avoir coffrets de latex DR0620M lot J178510 non utilisables en ma possession et accepte le remplacement par un autre lot.

Déclare ne plus avoir de flacons de ce lot

Date :

Tampon et signature du responsable :