

De : Chantal Bezaut
A l'attention de : Correspondant local de matériovigilance (service pharmacie)
Fax n°:
Nbre total de pages: 1

20 mai 2008
CB

Laboratoires Coloplast
6 rue de Rome
Les Jardins du Golf
93561 Rosny-sous-Bois Cedex
France
Tel. +33 1 56 63 17 00
www.coloplast.fr

> **FAX**

Objet : Rappel des sondes de Linton-Nachlas réf. LB7222, lot n°5114318

Suite à un signalement rapportant une inversion de marquage des voies sur des sondes de Linton-Nachlas (inversion d'identification des voies oesophagienne et gastrique pouvant entraîner un risque de fausse-route du liquide d'irrigation), nous procédons, en accord avec l'AFSSAPS, au **rappel des sondes réf. LB7222 du lot n°5114318**.

Chantal Bezaut
Directeur des Affaires
Médicales et Réglementaires

Ces sondes ont été livrées en France entre mars et juillet 2006 et aucun autre signalement n'a été fait à ce jour : il s'agit donc probablement d'un cas isolé, mais nous préférons rappeler ces sondes par mesure de précaution.

L.D. 01 56 63 17 09
Fax 01 56 63 03 99
frcb@coloplast.com

Nous vous prions de bien vouloir nous retourner les sondes concernées et vous remercions de **contacter notre service clients au 01 56 63 18 00** pour les modalités de retour.

Nous vous prions d'accepter nos excuses pour ce désagrément et vous remercions par avance de votre coopération.

Merci de nous retourner ce fax signé, à réception, au 01 56 63 17 73 et de nous retourner les produits concernés.

Chantal Bezaut
Pharmacien Responsable

Mr, Mme :, qualité :,

établissement :

a bien pris connaissance des mesures de rappel prises par les Laboratoires Coloplast concernant les sondes de Linton-Nachlas 3 voies réf. LB7222, lot n°5114318

notre établissement n'a plus ces produits en stock.

nous avons encore sondes de Linton-Nachlas en stock.

Signature :

Société anonyme à
directoire et conseil de
surveillance
312 328 362 R.C.S. Bobigny
Capital : 22 001 980 €
SIRET :
312 328 362 00040