

**Monique AZOULAY**  
**Affaires Réglementaires France**

Tél : 04.67.12.33.29

Fax : 04.67.12.30.91

Email : monique.azoulay@bausch.com

N/Réf. : MA/mp/08013

Montpellier, le 28 janvier 2008

**Pharmacie.....**

**Adresse**

**Objet : Rappel de lot AQUALARM UD / Lot 573427.**

Cher Confrère,

Nous souhaitons vous informer, en accord avec l'AFSSAPS, du rappel de lot concernant notre produit :

**AQUALARM unidoses (boîte de 20 récipients unidoses de 0.3 ml)**  
**Lot 573427**

Ce rappel de lot est lié à un problème technique constaté sur la ligne de remplissage du produit avec possibilité de fuite de l'eau de refroidissement durant la soudure.

Bien que les contrôles effectués sur le lot concerné soient conformes aux spécifications du produit fini à libération, par mesure de précaution, nous procédons au rappel du lot concerné.

Nous vous remercions de bien vouloir retirer de votre stock les boîtes d'AQUALARM lot 573427 que vous pourriez éventuellement détenir à ce jour et de les remettre à nos délégués médicaux lors de leur prochaine visite.

Il sera procédé au remplacement des boîtes rendues dans les meilleurs délais.

Restant à votre disposition pour toute information complémentaire et vous remerciant pour votre aimable collaboration, veuillez agréer, Cher Confrère, l'assurance de notre considération distinguée.

**Monique AZOULAY**  
**Pharmacien responsable**  
**Directeur Affaires Réglementaires**