

«LIBELLE»
SERVICE
PHARMACIE «COMPLEMENT_PHARMA»
«ADRESSE»
«COMPLEMENT_ADRESSE»
«CP» «VILLE»

A l'attention du Correspondant MATERIOVIGILANCE

A Domalain, le 30/01/2008

N/REF : «Ref_Courrier»

Objet : RAPPEL DE LOT

Dispositif : applicateur d'agrafes endoscopique CONMED ELC 530

Madame, Monsieur,

Nous vous informons par la présente d'un rappel de lot effectué par notre fournisseur : CONMED. Ce rappel qui est fait en accord avec l'Afssaps, est du à un risque de mauvais fonctionnement de la pince lors de son utilisation : l'applicateur se bloque et les agrafes ne peuvent plus être posées.

Ce rappel de lot concerne la référence produit suivante :

Référence : **ELC 530**

Numéros de lots : **051001x à 070514x**

Vous trouverez ci-joint un formulaire à nous faire parvenir au plus tôt. Si des produits comportant les numéros de lots incriminés sont en stock dans votre établissement, merci de bien vouloir nous les faire parvenir au plus tôt.

Nous regrettons vivement les désagréments que va vous occasionner la procédure engagée et nous vous remercions par avance de votre collaboration.

Sophie LEMONNIER
Directrice Qualité