

URGENT
RAPPEL D'INSTRUMENTS MÉDICAUX

Attn :

Date :

**Clientèle internationale –French - New
Without sterilization 032708**

Attention : Responsable des risques ou Responsable du matériel

Description du produit : Lames chirurgicales ConMed Linvatec Hall®, stériles, à usage unique, conditionnées en blisters (coque avec couvercle Tyvek, vente à l'unité et en boîtes de 5)

Numéro(s) de catalogue et de lots : Voir ci-joint la liste des numéros de catalogue et de lots concernés

Motif du rappel : ConMed Linvatec a constaté que, sur certains numéros de catalogue et de lots, les lames chirurgicales ConMed Linvatec Hall® pourraient présenter un ou des trous dans le(s) coin(s) de l'emballage blister (coque), ce qui risque de compromettre la stérilité des produits. Ce rappel est effectué auprès du distributeur et des utilisateurs. Veuillez tenir compte de cette notification lors des utilisations ultérieures de ces produits.



Exemple d'emballage :

Partie(s) du blister pouvant présenter des trous

Risque sanitaire : La stérilité des produits risque d'être compromise. Toutefois, à ce jour, aucun cas d'infection lié à l'utilisation des produits concernés par la procédure de rappel n'a été signalé à ConMed Linvatec.

Mesure requise :

- ▶ Vérifiez **immédiatement** dans votre stock la présence des numéros de catalogue et de lots indiqués dans la liste ci-jointe.
- ▶ **Retourner les produits à ConMed Linvatec contre un crédit.**
- ▶ Pour retourner les produits à ConMed Linvatec contre un crédit, renvoyez-les accompagnés du **FORMULAIRE DE RÉPONSE** à votre distributeur ConMed Linvatec en utilisant le numéro de retour de marchandises **RG08** pour le renvoi des produits à ConMed Linvatec. Votre distributeur ConMed Linvatec va collecter tous les produits concernés, ainsi que le **formulaire de réponse**, et les retourner à ConMed Linvatec, Largo, FL.
- ▶ Si votre stock ne contient aucun des numéros de catalogue ou de lots concernés par la procédure de rappel (voir liste ci-jointe), complétez le **FORMULAIRE DE RÉPONSE** et envoyez-le par courriel ou par fax à votre distributeur ConMed Linvatec.

Merci de compléter et signer le **FORMULAIRE DE RÉPONSE** ci-joint et envoyez-le par courriel ou par fax à votre distributeur ConMed Linvatec.

Même si votre stock ne contient aucun des numéros de catalogue ou de lots concernés par la procédure de rappel (voir liste ci-jointe), complétez le **FORMULAIRE DE RÉPONSE** et envoyez-le à votre distributeur ConMed Linvatec.

Veillez accepter nos excuses les plus sincères pour le désagrément que cette action aura pu susciter. Pour toute question ou information complémentaire, veuillez me contacter par téléphone au 727-399-5276 ou par fax au 727-319-5701, ou contacter le service clientèle au 800-237-0169. Vous pouvez également adresser un courriel à Custserv1@linvatec.com.

Sincères salutations,

Deborah Mahoney
Coordinatrice des rappels
ConMed Linvatec
(Notification à la clientèle internationale-French)

URGENT
RAPPEL D'INSTRUMENTS MÉDICAUX

FORMULAIRE DE RÉPONSE
(À retourner à votre distributeur ConMed Linvatec)

De :

Date :

FRENCH

Description du produit : Lames chirurgicales ConMed Linvatec Hall[®], stériles, à usage unique, conditionnées en blisters (coque avec couvercle Tyvek, vente à l'unité et en boîtes de 5)

Numéro(s) de catalogue et de lots : Voir ci-joint la liste des numéros de catalogue et de lots concernés

Numéro RG de ConMed Linvatec : RG08

VÉRIFICATION (cochez la mention utile) :

_____ J'ai vérifié qu'aucune lame chirurgicale ConMed Linvatec Hall[®] conditionnée en blister (coque avec couvercle Tyvek) dont le numéro de catalogue et de lot est cité en référence ne nous a été livrée.

_____ Les lames chirurgicales ConMed Linvatec Hall[®] suivantes vont être retournées contre un crédit. (Veuillez joindre des feuilles supplémentaires si nécessaire.)

Numéro de catalogue _____ Numéro de lot _____ Nombre de produits _____

Numéro de catalogue _____ Numéro de lot _____ Nombre de produits _____

Numéro de catalogue _____ Numéro de lot _____ Nombre de produits _____

Signature : _____ Titre _____ Date _____

Nom en caractères d'imprimerie _____ Téléphone _____ Fax _____

Veillez retourner le produit et le FORMULAIRE DE RÉPONSE dûment complété à :
ConMed Linvatec N° RG RG08
Distributeur international
French

URGENT
RAPPEL D'INSTRUMENTS MÉDICAUX

NOTIFICATION DE RAPPEL D'INSTRUMENTS MÉDICAUX CONMED LINVATEC

French

Vous trouverez ci-après les numéros de catalogue et de lots des **lames chirurgicales ConMed Linvatec Hall[®]**, stériles, à usage unique, conditionnées en blisters (coque avec couvercle Tyvek, vente à l'unité et en boîtes de 5) qui vous ont été livrées.

| <u>N° catalogue</u> | <u>Description</u> | <u>N° de lot</u> | <u>Quantité</u> | <u>N° facture</u> | <u>Date facture</u> |
|---------------------|--------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
|---------------------|--------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------|