

Destinataire

Adresse

Date : le 8 Septembre 2008

Objet : Rappel d'électrodes monopolaires fabriquées par LAMIDEY NOURY

Madame, Monsieur,

Suite à un incident constaté pendant l'utilisation d'une électrode monopolaire aiguille courte isolée, de référence V11T5CI, du lot N°0108, nous procédons en accord avec l'AFSSAPS à un rappel volontaire des électrodes fabriquées en Janvier 2008.

A la jonction des deux isolants, entre le gainage blanc et le plastique moulé vert, il existe un risque de coagulation ponctuelle accidentelle en cas de contact entre ce point et les tissus, pendant l'activation du courant électrochirurgical.

Aussi, nous vous demandons d'isoler les articles concernés et de nous les retourner pour un échange contre des électrodes équivalentes.

Pour toute question complémentaire concernant ce rappel, nous vous prions de bien vouloir contacter Rodolphe Lagou au 01 69 20 85 47.

Nous sommes conscients de la gêne occasionnée par ce rappel, et nous vous remercions de votre compréhension et de votre coopération.

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de notre meilleure considération.

Guillaume NOURY
Directeur Technique