

Avis de sécurité sur le terrain urgent

Nom commercial du produit concerné : Nellix® EndoVascular Aneurysm Sealing System (tous les numéros de modèles / numéros de série)

Date : 4 janvier 2019

Type d'action : retour du produit concerné

Cher client,

Détails des dispositifs concernés

Endologix effectue un rappel volontaire du Nellix® EndoVascular Aneurysm Sealing System (le « Système Nellix »).

Description du problème

Endologix arrête volontairement la vente avec effet immédiat de tous les Systèmes Nellix inutilisés et demande leur retour en raison d'événements indésirables tels que la migration, l'endofuite de type 1 et l'élargissement de l'anévrisme, qu'Endologix attribue principalement à un usage contraire aux indications actuelles. Endologix a déjà publié des avis de sécurité sur le terrain par le passé pour informer des modifications relatives à l'étiquetage, détailler les meilleures pratiques procédurales et donner des informations sur un usage approprié.

Afin de garantir des résultats optimaux pour les patients, la vente et l'usage sans restrictions du Système Nellix cesseront immédiatement, et le produit ne sera disponible que pour un usage dans le cadre d'un protocole clinique avec des patients présélectionnés qui respectent les indications actuelles.

Cette décision est conforme aux directives pratiques publiées par la Société européenne de chirurgie vasculaire.

INSTRUCTIONS RELATIVES AUX ACTIONS CORRECTIVES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SUR LE TERRAIN

ACTION À RÉALISER PAR LE PERSONNEL MÉDICAL

1. Veuillez vous reporter à la liste ci-jointe des numéros de modèles concernés.
2. Veuillez arrêter immédiatement d'utiliser et/ou de distribuer les dispositifs.
3. Veuillez examiner votre inventaire, puis compléter et retourner l'accusé de réception et le formulaire d'inventaire ci-joints. Pour les personnes résidant dans l'Espace économique européen, envoyez un e-mail à l'adresse FSCA-europe@endologix.com ; pour les personnes résidant dans les autres zones géographiques, envoyez un e-mail à l'adresse customerservice@endologix.com.
4. Dans les cas où des dispositifs inutilisés doivent être retournés, Endologix fournira des instructions séparées en fonction de l'établissement et de la zone géographique.
5. Veuillez communiquer cet avis à tout autre personnel concerné dans votre organisation. Pensez à inclure les utilisateurs finaux, les médecins, les gestionnaires de risques, les entrepôts, et les centres logistiques/de distribution dans la liste de diffusion de cet avis.

INSTRUCTIONS À L'ATTENTION DES DISTRIBUTEURS

Si vous êtes un distributeur, veuillez réaliser les actions 1 à 5 ci-dessus. En outre, veuillez communiquer cet avis de sécurité sur le terrain à tous vos clients ayant reçu le Système Nellix. Chacun de vos clients doit ensuite compléter l'accusé de réception et le formulaire d'inventaire, puis vous les retourner. Endologix vous demande ensuite de retourner l'accusé de réception accompagné du formulaire d'inventaire à Endologix par e-mail à

l'adresse FSCA-Europe@endologix.com pour les personnes résidant dans l'Espace économique européen, et à l'adresse customerservice@endologix.com pour les personnes résidant dans les autres zones géographiques.

Contacter Endologix

Pour obtenir des conseils et une assistance concernant ce problème, veuillez contacter votre représentant Endologix ou le service clients d'Endologix à l'adresse eucustomerservice@endologix.com ou au numéro de téléphone +31 88 116 91 01 pour les personnes résidant dans l'Espace économique européen, ou à l'adresse customerservice@endologix.com ou au numéro de téléphone +001 800 983 2284 pour les personnes résidant dans les autres zones géographiques.

Réinterventions

Si vous avez connaissance d'un patient demandant une réintervention avec le Système Nellix, Endologix collaborera avec vous et l'autorité compétente de votre pays pour déterminer la marche à suivre la plus adéquate dans l'intérêt de la sécurité du patient. Si ce cas se produit, veuillez contacter votre représentant commercial local qui collaborera avec l'équipe Affaires médicales d'Endologix.

La sécurité du patient est notre priorité absolue, et nous attachons une grande importance à fournir des traitements sûrs et efficaces à nos clients. Nous vous remercions d'avoir pris la peine de lire cet avis important.

Bien cordialement,

A handwritten signature in black ink that reads "Matt Thompson".

Matt Thompson, MD
Médecin en chef

FS-0011 – Les numéros de modèles NELLIX concernés

Description du dispositifs	Nom	Numéros de modèles
Nellix EndoVascular Aneurysm Sealing System	Cathéter Nellix (Corps Central)	N10-100 N10-110 N10-120 N10-130 N10-140 N10-150 N10-160 N10-170 N10-180 N10-190 N10-200
	Kit d'accessoires Nellix	NX-001 NX-002A
	Distributeur réutilisable Nellix	NP-001 NP-003
	Distributeur à usage unique Nellix	NP-005
	Polymère Nellix	NP-002 NP-004