

A l'attention  
Du Pharmacien Responsable des Dispositifs  
Médicaux Stériles et  
Du Correspondant Local de matériovigilance

Ternand, 21 mars 2019

N/Ref : DM/

Objet Housse ampli brillance PR-AMPE100 BIOCHARGE

**INFORMATION DE PREVENTION SECURITE**

Dans notre dernier contrôle qualité de routine nous constatons une augmentation de la Biocharge

**REFERENCE PR – AMPE100 Housse ampli de brillance sans contact patient  
LOT 1903-1 ET LOT 1811-3**

Nous avons immédiatement lancé des tests dont les résultats devraient nous être communiqués sous quinzaine.

Nous vous demandons de bien vouloir, à titre préventif, écarter les produits concernés. Dès réception de ceux-ci nous vous tiendrons informé des actions qui seront mises en place.

L'autorité compétence a été informée de cette démarche.

Nous vous remercions de votre collaboration et vous présentons nos excuses pour les désagréments occasionnés.

Au travers de cette information, CG Médical réengage sa volonté de vous fournir des produits sécurisés.

Nous restons à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires, nous vous prions d'agréer Madame, Monsieur l'assurance de nos salutations dévouées

Brigitte Rubel  
Responsable Matériovigilance  
Présidente CG medical