

Dardilly, le 3 décembre 2008

A l'attention : - des responsables de laboratoire
- des directeurs de l'établissement de santé
- des correspondants locaux de réactovigilance

**Objet : Retrait R30950102 STAPHAUREX PLUS lot J311510
Coffret latex pour l'identification immunologique de *Staphylococcus aureus***

Madame, Monsieur,

Suite à des signalements d'incidents, une investigation technique a démontré une apparition potentielle d'identifications faussement positives de *S. aureus*.

En conséquence et en accord avec l'AFSSAPS , nous vous demandons :

- **de ne plus utiliser le lot J311510 de la référence R30950102 Staphaurex plus**
- **de détruire les tests restants et de nous retourner le certificat de destruction joint, par fax au 04 78 66 03 76.**
- **Par mesure de précaution et dans la mesure du possible, nous vous recommandons de contrôler les souches de Staphylocoques suspectes ayant généré un résultat positif.**

Notre assistance technique est à votre disposition si nécessaire au 04 72 52 33 73.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

MF MARQUET
Chef de produits

CERTIFICAT DE DESTRUCTION (à nous retourner même si vous n'avez plus de tests)

OXOID SA
6 route de Paisy
69571 DARDILLY CEDEX
Fax : 04 78 66 03 76

Je soussigné(e) :

NOM

Adresse

Déclare avoir détruit tests de réactif STAPHAUREX PLUS R30950102 lot J311510
en ma possession.

Cocher la case adéquate :

Je désire un remplacement immédiatement

Je désire un remplacement joint à ma prochaine commande

Date :

Tampon et signature du responsable :