



Nom client

Adresse

CP-Ville

A l'attention de

Limonest le 28 Juin 2019.

Objet. Rappel Défibrillateur TELEFUNKEN FA1/HR1.

Madame, Monsieur.

Nous vous contactons car nos données indiquent que vous êtes propriétaire ou avez distribué un ou plusieurs défibrillateurs de la marque TELEFUNKEN FA1 / HR1.

Nous avons été informés par notre fournisseur DEFITEQ International, Groupe GGT Holding que ces dispositifs ont été fournis sans marquage CE valide depuis le 18 juillet 2016. Ces dispositifs ne sont donc pas conformes à la réglementation des dispositifs médicaux, ces produits n'auraient pas dû être mis sur le marché Français, et doivent être retirés, de fait nous procédons donc au rappel de ces dispositifs.

Vous trouverez la liste des numéros de série concernés par ce rappel, merci de nous retourner sans délai les défibrillateurs concernés. Dans le cas où vous auriez vous-mêmes distribué ces produits il est nécessaire d'en informer vos clients en leur transmettant une copie du présent courrier, pour que l'ensemble de ces produits puissent être retirés et retournés dans les meilleurs délais.

L'ANSM a été informée de ce rappel.

Restant à votre disposition pour toute précision que vous jugeriez nécessaire, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur en l'assurance de notre meilleure considération.

Pascal BIONDELLI
CARDIOP SAS
Directeur Général

Expédier à l'adresse ci-dessous

CARDIOP
Route de Magnieu
01300 MAGNIEU

Objet. Rappel défibrillateur TELEFUNKEN FA1/HR1.

Veuillez remplir ce formulaire à joindre à votre expédition avec copie à. contact@cardiop.fr

Nom Entreprise	
Adresse	
Ville	
Téléphone	
Email	
Numéro de Série défibrillateur	
Numéro de Série défibrillateur	
Numéro de Série défibrillateur	
Numéro de Série défibrillateur	
Numéro de Série défibrillateur	
Numéro de Série défibrillateur	
Numéro de Série défibrillateur	
Numéro de Série défibrillateur	
Numéro de Série défibrillateur	
Numéro de Série défibrillateur	

Contact expéditeur. Nom.....

Date.....

CARDIOP SAS. 330 Allée des Hêtres. Hall C. 69750 Limonest.

Agence Service Maintenance 15 Rue Jean Claret Clermont-Ferrand

N° Siret 530 640 085 00037 RCS Lyon N° TVA Intra Fr 145306640085



RAPPEL DAE TELEFUNKEN

Expédier à l'adresse ci-dessous

CARDIOP
Route de Magnieu
01300 MAGNIEU

Objet. Rappel défibrillateur TELEFUNKEN FA1 / HR1.

Formulaire à joindre à votre expédition avec copie à. contact@cardiop.fr

Entreprise:

Nombre de défibrillateur :

Contact expéditeur. Nom:

Tel:Mail:

Date: