

### RAPPEL DE LOT VOLONTAIRE

Date: **22 août 2019**  
MHRA Ref: **2019/008/022/601/002**  
Medicina Ref: **FSN22082019 – 005**

#### Description du rappel de lot:

Medicina Ltd procède à un rappel de lot volontaire sur un lot de seringue intraveineuse, voir détail ci-dessous :

Référence Medicina	Désignation du produit	N° de lot	Date d'expiration
IVS03	Seringue IV Luer 3ml IV sans aiguille	19040303	2024-04

Raison du rappel de lot :

Il a été signalé un cas de seringue non Medicina avec une aiguille conditionnée dans un emballage alors que ce produit est fourni sans aiguille. Par mesure de précaution, Medicina Ltd procède à un rappel de lot volontaire des seringues IVS 03.

**AUCUNE AUTRE REFERNECE ET N° DE LOT SONT CONCERNES PAR CE RAPPEL**

#### Seringue conforme



#### Seringue non conforme



*leaders in enteral delivery*

Registered Office  
Unit 2, Rivington View Business Park, Station Road, Blackrod, Bolton BL6 5BN  
Tel: 01204 695050 Fax: 01204 697755 email: [info@medicina.co.uk](mailto:info@medicina.co.uk) [www.medicina.co.uk](http://www.medicina.co.uk)

Medicina Ltd. A Company registered in England and Wales Reg. No. 2654669



Localisation du n° de lot et de la date d'expiration :



Actions correctives recommandées qui doivent être mis en œuvre par les utilisateurs :

1. Cesser l'utilisation du lot concerné comme décrit dans cet avis de rappel à la page 1.
2. Mettre les produits dans un endroit sûr pour un retour à Medicina ou votre distributeur.
3. Veuillez transmettre le présent rappel de lot immédiatement aux personnes responsables de l'utilisation du produit concerné. Votre établissement doit initier un inventaire pour collecter tous les produits inutilisés et affectés.
4. Veuillez compléter le formulaire d'accusé de réception ci-joint et indiquer la quantité du produit concerné et en votre possession.
5. Retournez rapidement le formulaire d'accusé de réception dûment renseigné à Medicina ou à votre distributeur par courrier électronique ou par fax.

Contact:

Nom : Franck Meyniel, Spécialiste Qualité  
Email: [franckmeyniel@medicinafrance.fr](mailto:franckmeyniel@medicinafrance.fr)  
Fax: 05 59 58 22 84

Fabricant: Medicina Ltd  
Adresse: Unit 1 -4 Rivington View Business Park, Station Road, Bolton BL6 5BN, UK  
Téléphone: 00 44 (0) 1204 357588

*PC St*

Peter SMITH  
Responsable Qualité et Affaires réglementaires  
Medicina (UK) Ltd

*leaders in enteral delivery*

Registered Office  
Unit 2, Rivington View Business Park, Station Road, Blackrod, Bolton BL6 5BN  
Tel: 01204 695050 Fax: 01204 697755 email: [info@medicina.co.uk](mailto:info@medicina.co.uk) [www.medicina.co.uk](http://www.medicina.co.uk)

Medicina Ltd. A Company registered in England and Wales Reg. No. 2654669



**ACCUSE DE RECEPTION  
RAPPEL DE LOT SERINGUE IVS 03 luer**

**Veillez compléter le formulaire ci-dessous et le retourner à Medicina ou à votre distributeur :**

Email: [franckmeyniel@medicinafrance.fr](mailto:franckmeyniel@medicinafrance.fr)

Stock	<input type="checkbox"/> Nous ne sommes pas affecté par ce produit et numéro de lot (Dans ce cas mettre 0 dans la case quantité ci-dessous)  <input type="checkbox"/> Nous sommes affectés par ce n° de lot et ce produit		
<b>Référence Medicina</b>	<b>Désignation du produit</b>	<b>N° de lot</b>	<b>Quantité retournée</b>
IVS03	IV Luer Slip syringe	19040303	
<b>Nom de l'entreprise ou du distributeur qui vous a fourni les seringues :</b>	<b>MEDICINA France 12 Rue d'Alexandre 64600 ANGLET – Tel : 05 59 58 22 84</b>		
<b>Nom de votre établissement</b>			
<b>Compléter par:</b>			
<b>Service</b>			
<b>Fonction:</b>			
<b>Signature</b>		<b>Date:</b>	

*leaders in enteral delivery*

Registered Office  
Unit 2, Rivington View Business Park, Station Road, Blackrod, Bolton BL6 5BN  
Tel: 01204 695050 Fax: 01204 697755 email: [info@medicina.co.uk](mailto:info@medicina.co.uk) [www.medicina.co.uk](http://www.medicina.co.uk)

Medicina Ltd. A Company registered in England and Wales Reg. No. 2654669

