

Raison sociale
Adresse 1
Adresse 2
CP Ville

A l'attention :

- Pharmacie
- Bloc Opérateur
- Correspondant Matérovigilance

Merci de bien vouloir faire une copie de ce courrier aux différents destinataires à réception :

Heimsbrunn, le 26 janvier 2009

N/Réf. : 126/08/FF/LTI

OBJET : rappel des inserts PE TRIANON

Madame, Monsieur,

Par la présente, nous souhaitons vous informer, en accord avec l'AFSSAPS, que nous procédons au rappel des lots mentionnés ci-dessous des **INSERTS PE TRIANON**.

Il est apparu, en effet, que certains lots identifiés présentaient une étiquette sur le deuxième sachet pelable avec la mention « STERILE ».

Hors seul le sachet pelable en contact avec l'implant est STERILE.

Nous sommes donc contraints de rappeler les lots concernés à savoir :

- 801632 à 801641 inclus
- 802158 à 802165 inclus

A réception de ce courrier, nous vous prions de bien vouloir procéder à la mise en quarantaine des lots concernés sachant que nos services se mettront en relation avec vous pour organiser la livraison d'implants d'échange.

Vous remerciant de l'attention que vous aurez bien voulu porter à cet incident et vous priant d'accepter nos excuses, pour la gêne occasionnée, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.

Jean-Marc Idier
Directeur Général de la
S.A. FOURNITURES HOSPITALIERES,