

INFORMATION URGENTE – RAPPEL DE LOT

Expert 123 anti-verrues Cutafilm 2 mL (Code ACL6120651)

Cher Client,

En accord avec l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM), les Laboratoires Novodex procèdent au rappel du dispositif médical Expert 123 anti-verrues Cutafilm 2 mL distribué en pharmacies et parapharmacies sur le marché français. Ce rappel intervient à la suite de plusieurs incidents liés à la causticité de ce produit lors de son utilisation.

Ce rappel concerne le **lot 17870 (Exp : 12/2021)** disponible sur le marché depuis janvier 2019.

Expert 123 anti-verrues Cutafilm 2 mL est un dispositif médical contenant de l'acide monochloroacétique destiné au traitement topique des verrues. Il est fabriqué par la société PK Benelux (Pays-Bas).

La décision de rappel du produit fait suite à plusieurs incidents par renversement. Ces derniers sont liés à une utilisation inappropriée du produit et à un non-respect des consignes d'utilisations. Les laboratoires Novodex ont déjà effectué des actions correctives, en réduisant le volume de solution et en ajoutant des avertissements supplémentaires.

Néanmoins pour se conformer à la décision de l'ANSM, les Laboratoires Novodex rappellent le lot 17870 de l'Expert 123 anti-verrues Cutafilm 2 mL.

Clermont-Ferrand, le 28 octobre 2019



Anne-Céline Minvielle
Affaires Pharmaceutiques

Pour toutes informations complémentaires : 04.73.83.80.80

LABORATOIRES NOVODEX PHARMA

5 Rue Louis Blériot – ZI LE BREZET - CS 70431 63017 CLERMONT FERRAND CEDEX 2

Tél : 04 73 83 80 80 – Fax : 04 73 83 80 89 – email : noreva@noreva.com

Siège social : 66, avenue des Champs Elysées – 75008 PARIS

SARL au capital de 10 000€ - R.C.S Clermont Ferrand 750 945 222 – SIREN : 750 945 222 – N°TVA FR08 750 945 222

**RAPPEL EN DATE DU 28 OCTOBRE 2019
EXPERT 123 ANTI-VERRUES CUTAFILM 2 ML – CODE ACL6120651
DECLARATION DE STOCK – MODALITES DE DESTRUCTION / RETOUR**



Document à retourner IMMEDIATEMENT à l'adresse mail : ac.minvielle@noreva.com

Je soussigné(e) _____ (Nom, fonction), accuse réception du message de rappel de lot ci-dessus et déclare :

- Avoir suspendu la vente du lot 17870 Expert 123 anti-verrues Cutafilm 2 ml (P01268)
- Avoir mis en place un affichage pour informer les clients/consommateurs
- Ne plus détenir dans mes stocks le produit concerné
- Détenir une quantité de boites.
- S'engage à détruite les quantités en stock chez nous. La signature de ce document vaut attestation de destruction.

Code client :
Nom du client :
Date :

Tampon de la pharmacie et signature