

Dardilly, le 20 Mars 2009

- A l'attention :
- des responsables de laboratoire
  - des directeurs de l'établissement de santé
  - des correspondants locaux de réactovigilance

**Objet : Retrait boîtes Brilliance™ MRSA –référence PO5196A – lot 743844**  
**Milieu prêt à l'emploi pour le dépistage des porteurs de *staphylococcus aureus* résistant à la méthicilline**

Madame, Monsieur,

Suite à des signalements d'utilisateurs concernant des faux positifs avec des souches de *staphylococcus aureus* sensibles à la méthicilline, des investigations internes ont confirmé un défaut de spécificité du lot 743844 du produit Brilliance™ MRSA.

En conséquence et en accord avec l'AFSSAPS , nous vous demandons :

- **de ne plus utiliser et de détruire les boîtes du lot 743844 de la référence PO5196A : boîtes Brilliance™ MRSA**
  - **De reconsidérer les résultats rendus positifs pour les souches pour lesquelles le caractère de résistance n'aurait pas été vérifié par une autre méthode.**
  - **de nous retourner le certificat de destruction ci-joint par fax au 04 78 66 03 76.**
- Dès réception du fax, nous vous enverrons un autre lot en remplacement**

Notre assistance technique est à votre disposition si nécessaire au 04 72 52 33 73.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

MF MARQUET  
Chef de produits

**CERTIFICAT DE DESTRUCTION**

**(à nous retourner même si vous n'avez plus de produit) au 04 78 66 03 76**

**OXOID SA  
6 route de Paisy  
69571 DARDILLY CEDEX  
Fax : 04 78 66 03 76**

Je soussigné(e) :

Déclare avoir détruit ..... coffrets de 10 boîtes Brilliance™ MRSA PO5196A lot 743844 en ma possession.

*Cocher la case adéquate :*

- Je désire un remplacement immédiatement
- Je désire un remplacement joint à ma prochaine commande

Date :

Tampon et signature du responsable :