


RÉSEAU D'ENTRAIDE, SOUTIEN ET INFORMATIONS SUR LA STÉRILISATION TUBAIRE

**L'association R.E.S.I.S.T.  
est le résultat des actions  
de Marielle KLEIN,  
lanceuse d'alerte pour Essure®.  
Création de l'association : 10 juin 2016  
Agrément : 2 mai 2017**





# Missions et objectifs de l'association R.E.S.I.S.T.

- Vers les victimes Essure®: information, recueil & réseau d'entraide,
- Vers et avec tout public et sur tous supports : Recueil, diffusion & échanges d'information sur Essure®

# Présentation des membres du Bureau



# Présentation des membres du Conseil d'Administration




# Constat de la situation des victimes Essure® en 2019


Le protocole d'explantation (arrêté ministériel - décembre 2018) n'est pas respecté de façon homogène en France et sur les Territoires DROM-COM.

Résultats d'un sondage réalisé auprès de nos adhérentes en mai 2019 :


Résultats des consultations :  
encore 49% de chirurgiens  
n'évoquent pas le protocole



Résultats pour les examens  
obligatoires d'imageries :  
encore 33% de chirurgiens n'en  
prescrivent pas.



Résultats des interventions :  
encore 12% de casses



# Actions pour renforcer la diffusion d'informations


Site Internet  
resist-france.org  
En 2019  
59.887 visiteurs



Twitter  
Remis en service en  
Août 2020



LinkedIn  
Au 23/09/2020  
+ de 1.600 abonnés




Facebook  
Resist France R.E.S.I.S.T.  
Victimes Essure®  
Au 23/09/2020  
+ 3.000 membres




Présentation de R.E.S.I.S.T. à l'ANSM du 01/10/2020

# Evolution des adhésions à R.E.S.I.S.T. entre 2016 à 2020



15/09/20 : enregistrement du 3.303ème membre (299 nouvelles adhérentes/2020)



Les nouvelles adhésions et les renouvellements fluctuent sur 2 axes :

- l'actualité,
- la diffusion d'informations.

Depuis la diffusion du protocole par arrêté ministériel de décembre 2018, il y a eu un ralentissement des adhésions, or le protocole n'est toujours pas assez respecté et, surtout, les femmes sont moins bien informées.

**Risque** : augmentation du taux d'échec d'explantation en 1ère intervention chirurgicale.



# Ce que nous avons appris des années précédentes

Fin 2017, des questionnaires ont été envoyés aux adhérentes et 871 femmes implantées / explantées ont répondu.

L'étude des résultats des questionnaires nous confirme **la constatation de plusieurs effets indésirables**, comme présenté par les graphiques suivants.



# Résultats sur l'état des organes pelviens des femmes porteuses de Essure®



## ETAT DU COL DE L'UTÉRUS

Cancer du col	3
Dysplasie du col	22
Condylomes	1
Polypes cervicaux	22


Soit 0,8 femme sur 10 affectée par une anomalie du col de l'utérus

1,8 femme sur 10 affectée par une anomalie des trompes et des ovaires

## ETAT TROMPES ET OVAIRES

Kystes paratubaires	32
Kystes ovaies	125
<b>Soit 157 retours</b>	

# Résultats sur le nombre d'implants Essure® posés par femme



Femmes ayant + de 2 implants :


Non

565

Oui

96

Soit 1,5 femme sur 10  
concernée par ce défaut d'implantation



Nombre d'implants (supérieur à 2)  
sur 96 femmes ayant répondu :

3 implants


17

4 implants

4

Soit 21 retours

# Résultats sur le temps d'exposition aux implants Essure®




Temps entre l'implantation et  
l'explantation :

Moins d'1 an	12
1 à 2 ans	72
3 à 4 ans	95
5 à 6 ans	89
7 à 8 ans	62
9 à 10 ans	22
Plus de 10 ans	25

**Retours de 377 femmes**


# Résultats sur le contrôle obligatoire par radio ASP 3 mois après l'implantation de Essure®



OUI  
523  
NON  
90  
Retours de 613 femmes


Soit  
1,5 femme sur 10  
sans contrôle  
après la pose

Soit  
1,2 femme sur 10  
concernée par un  
échec  
d'implantation



Trompes non bouchées  
40  
Trompes bouchées  
461  
Trompes partiellement bouchées 22  
Retours de 523 femmes

# Résultats sur les pathologies avec ou sans diagnostic des femmes porteuses de Essure®




Retours de 871 femmes,  
porteuses ou ex-porteuses  
de Essure®

Soit 2,2 femmes sur 10  
ayant une pathologie  
diagnostiquée

Soit 7,3 femmes sur 10  
ayant des symptômes  
majeurs,  
sans diagnostic posé


## Résultats sur les pathologies diagnostiquées


23 pathologies recensées par les femmes porteuses ou ex-porteuses de Essure®



# Résultats sur les symptômes majeurs recensés

Retours de 871 femmes porteuses ou ex-porteuses de Essure®





RÉSEAU D'ENTRAIDE, SOUTIEN ET INFORMATIONS SUR LA STÉRILISATION TUBAIRE

Présentation par Emilie Gillier - Présidente - 1er Octobre 2020

Contact Bureau [contact@resist-france.org](mailto:contact@resist-france.org)  
& Informations [correspondance@resist-france.org](mailto:correspondance@resist-france.org)