

Dardilly, le 20 Avril 2009

- A l'attention : - des responsables de laboratoire
- des directeurs de l'établissement de santé
- des correspondants locaux de réactovigilance

**Objet : Retrait DR0200M Dryspot Legionella latex test – lot J121610
Coffret pour identification des L pneumophila séro groupe 1**

Madame, Monsieur,

Suite à des signalements d'utilisateurs, une investigation technique interne a confirmé que le contrôle positif présente une détérioration se traduisant par des réactions lentes en dehors des spécifications mentionnées dans la notice.

La qualité du réactif latex test et donc, des résultats rendus précédemment pour les patients ne sont pas remis en cause.

Néanmoins, ne pouvant plus appliquer la procédure de contrôle recommandé avant d'utiliser le réactif, nous vous demandons:

- **de ne plus utiliser le lot J121610 de la référence DR0200M Dryspot Legionella test kit.**
- **De détruire le(s) éventuel(s) coffrets restant(s) et de nous retourner le certificat de destruction joint, par fax au 04 78 66 03 76.**

L'AFSSAPS a été informée de ce courrier

.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

MF MARQUET
Chef de produits

CERTIFICAT DE DESTRUCTION (à nous retourner même si vous n'avez plus de tests)

OXOID SA

6 route de Paisy

69571 DARDILLY CEDEX

Fax : 04 78 66 03 76

Je soussigné(e) :

NOM

Adresse

Déclare avoir détruit coffrets de Dryspot Legionella test kit DR0200M lot J121610
encore en ma possession.

Merci de nous contacter au 04 72 52 33 73 si un remplacement est nécessaire

Date :

Tampon et signature du responsable :