

# FAX

**De :** SERVICE QUALITE

**Objet :** MATERIOVIGILANCE  
RAPPEL DE PRODUITS

**A :**

**Date :** 28/04/2009

**Société :**

**Pages :** 2

**Fax # :**

**Copie :**

**Destinataires : A l'attention du Directeur de l'établissement et des Correspondants matériovigilance pour diffusion aux services concernés**

Madame, Monsieur,

Suite à plusieurs incidents de matériovigilance rapportant des cas de fissures lors de l'utilisation de prolongateur avec robinet 3 voies présent dans certains sets de soins, nous procédons, en accord avec l'AFSSAPS, au rappel des dispositifs médicaux PharmaSet suivants :

Référence	Lot	Quantité

Nous vous demandons donc d'isoler les produits correspondants et de retourner la page 2 ci jointe dument complétée.

Bien évidemment, le remplacement de ces produits sera effectué rapidement, et nous sommes à votre entière disposition pour vous donner tout renseignement utile relatif à cette procédure.

Vous remerciant pour la confiance que vous témoignez aux produits PharmaSet, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.

Céline ROUANET,  
Responsable Qualité et Matériovigilance

# FAX

MERCI DE COMPLETER ET DE RETOURNER CE DOCUMENT A

Céline ROUANET, Responsable Qualité et Correspondant Matériovigilance –  
PharmaSet

Tel : 05.62.71.58.71

Fax : 05.61.80.71.32

e-mail : celine.rouanet@molnlycke.com

Référence	Lot	Quantité en quarantaine

Nom : .....

Fonction: .....

Signature: .....

Date: .....

Hôpital / Centre de soins : .....