

Dardilly, le Avril 2009

A l'attention : - des responsables de laboratoire
- des directeurs de l'établissement de santé
- des correspondants locaux de réactovigilance

**Objet : Retrait BR0064A OXYDASE (sticks pour recherche du caractère oxydase)
lots 657819- 660081- 660082- 677736- 680190- 682453- 682455- 704974- 720668- 725675- 731553-
734960- 746373**

Madame, Monsieur,

Suite à des signalements d'incidents, une investigation technique a confirmé une détérioration dans le temps des lots ci-dessus de sticks OXYDASE BR0064A. Cette détérioration peut conduire à des réactions positives faibles ou à des faux négatifs.

Le passage régulier d'une souche de contrôle permet néanmoins de détecter l'anomalie.

Nous vous demandons en accord avec l'AFSSAPS :

- **de ne plus utiliser les lots ci-dessus de la référence BR0064A Oxydase**
- **de détruire les tests restants et de nous retourner le certificat de destruction joint, par fax au 04 78 66 03 76.**

Notre assistance technique est à votre disposition si nécessaire au 04 72 52 33 72 (laboratoires industriels ou pharmaceutiques, LDV) ou 04 72 52 33 73 (laboratoires d'analyse médicales privés et hospitaliers).

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

MF MARQUET
Chef de produits

CERTIFICAT DE DESTRUCTION (à nous retourner même si vous n'avez plus de tests)

OXOID SA

6 route de Paisy

69571 DARDILLY CEDEX

Fax : 04 78 66 03 76

Je soussigné(e) :

Déclare avoir détruit coffrets de réactif OXYDASE BR0064A

Cocher la case adéquate :

Je désire un remplacement immédiatement avec un produit similaire.

Je désire un remplacement ultérieur joint à une prochaine commande

Date :

Tampon et signature du responsable :