

Zimmer France

BP 81034  
F – 25461 Etupes Cedex  
Téléphone +33 (0)3 81 99 43 00  
Fax +33 (0)3 81 99 43 40  
Philippe.lebel@zimmer.com

---

**Ce fax peut contenir des informations confidentielles et a été envoyé uniquement à l'usage de la personne ou de l'entité citée ci-dessous.**

La diffusion de ce fax à toute personne autre que le destinataire est formellement interdite.  
Si vous recevez ce fax par erreur, merci de nous le faire savoir immédiatement par téléphone.

---

**Message URGENT. NOTIFICATION DE RAPPEL HEMOVAC**  
**du 13 Février 2008**

**A :**  
**Société :**  
**N° fax :**  
**Date:** 13 Février 2008  
**Nombre total de pages y compris cette page :** 3

Madame, Monsieur, Chers Clients,

Nous venons d'être informés, par le fabricant, Zimmer Orthopaedic Surgical Products (Dover, Ohio USA), de la mise en place d'une procédure de rappel concernant un produit de notre gamme : l'Hémovac (système d'Autotransfusion) dispositif médical stérile à usage unique, utilisé dans le cadre d'interventions chirurgicales de différentes natures.

Un problème a été détecté, au niveau du conditionnement, qui pourrait affecter l'intégrité de la stérilité des systèmes fabriqués entre le **1 JANVIER 2003 et le 21 AOUT 2006.**

En l'absence de données complémentaires concernant ce problème, Zimmer OSP a décidé de rappeler volontairement, en accord avec l'Afssaps, les lots et références concernés dans l'intérêt et la sécurité des patients.

Nous vous demandons donc de **retirer immédiatement** de votre circuit hospitalier l'**HEMOVAC** et les **Kits HEMOVAC** dont vous trouverez en annexe **les références ainsi que les numéros de lots concernés.**

Un courrier vous sera très prochainement envoyé afin de vous communiquer toutes les informations concernant ce rappel ainsi que la **procédure de retour** des produits concernés.

Conscients du désagrément occasionné, nous vous assurons que nous vous proposerons une solution de substitution dans les jours à venir.

Vous remerciant par avance de votre compréhension,

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, Chers Clients, l'expression de nos sentiments distingués.

Erwan Croguennec  
Directeur Ventes & Marketing  
Traumatologie, Rachis, Equipement

Philippe Le Bel  
Responsable Marketing  
Traumatologie et Equipement