

Dardilly, le 2009

- A l'attention :
- des responsables de laboratoire
 - des directeurs de l'établissement de santé
 - des correspondants locaux de réactovigilance

Objet : Retrait CM0225 CŒUR-CERVELLE (milieu déshydraté) lots 762134-793640-819692

Madame, Monsieur,

Suite à des signalements d'incidents, une investigation technique a montré une baisse des propriétés nutritives lors du stockage. Lors de contrôles de vérification il est apparu que les souches de *Streptococcus pneumoniae* et *Streptococcus adjacens* ne poussaient plus, les résultats des autres souches du contrôle de qualité restant corrects.

En conséquence et en accord avec l'AFSSAPS, nous vous demandons :

- **de ne plus utiliser et de détruire les pots des lots 762134- 793641 et 819692 de la référence CM0225 Cœur-cerveille (milieu déshydraté)**
- **de nous retourner le certificat de destruction ci-joint par fax au 04 78 66 03 76. Dès réception du fax , nous vous enverrons un produit équivalent en remplacement**
- **Nous vous recommandons de contacter le prescripteur en vue de revoir, au cas par cas, les résultats rendus à la lumière des données clinico- biologiques se trouvant en sa possession et de prendre les mesures qui s'imposent le cas échéant..**

Notre assistance technique est à votre disposition si nécessaire au 04 72 52 33 73 (laboratoires d'analyses médicales) ou 04 72 52 33 72 (laboratoires agro- alimentaires et industriels, laboratoires vétérinaires).

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

MF MARQUET
Chef de produits

CERTIFICAT DE DESTRUCTION (à nous retourner même si vous n'avez plus de produit) au 04 78 66 03 76

OXOID SA

6 route de Paisy

69571 DARDILLY CEDEX

Fax : 04 78 66 03 76

Je soussigné(e) :

NOM

Adresse

Déclare avoir détruit pots de milieu Cœur-cervelle CM0225 lots 762134- 793640-819692 en ma possession.

Date :

Tampon et signature du responsable :