
L'Aigle, le : 04 février 2010

PROCÉDURE DE RAPPEL

A l'attention des Correspondants locaux d'AMP vigilance

**Copie : Correspondants locaux de Matéριοvigilance
Correspondants locaux de Biovigilance**

Article : HUILE MINÉRALE 500 ml
Référence : 016559
Lot : 8032501

Madame, Monsieur,

Une information récente de cas de lyses cellulaires concomitantes à l'utilisation de notre Huile Minérale du lot 8032501 en cours de protocole de culture embryonnaire nous amène, à la demande de l'AFSSAPS, et par mesure de précaution, à procéder au rappel de l'intégralité des flacons d'Huile Minérale de ce lot qui seraient encore en votre possession.

Nous vous remercions donc, le cas échéant, de vous rapprocher de notre Service Administration des Ventes (Mlle Rosa de Pinho : rosa.de.pinho@cryobiosystem-imv.com / 02.33.34.64.43 ou Mlle Émilie Mottier : emilie.mottier@cryobiosystem-imv.com / 02.33.34.64.66) afin de convenir des modalités d'échange des unités concernées dont vous pourriez encore disposer en stock.

Certains de votre compréhension, nous vous prions de nous excuser pour les éventuels désagréments occasionnés et vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués.

Philippe CLAIRAZ
Directeur Marketing Ventes AMP

Éric GOBLET
Directeur Qualité
