

Cardiac Science prévient les propriétaires de DEA du rappel volontaire de certains appareils médicaux

Bothell, WA – 3 février 2010 – Cardiac Science Corporation [NASDAQ: CSCX] lance un rappel volontaire mondial après avoir déterminé qu'environ 12 200 défibrillateurs externes automatiques (DEA) risquent de ne pas pouvoir délivrer le traitement durant une tentative de réanimation, ce qui peut avoir des effets indésirables graves, voire mortels. Ces DEA risquent la panne dans certaines conditions. La FDA a été informée de cette situation.

Ce problème est distinct de l'annonce faite par l'entreprise le 13 novembre au sujet d'une correction volontaire de certains appareils médicaux. Chacun des 12 200 environ affectés par ce rappel peut être confirmé sur le site Web Cardiac Science à <http://www.cardiacscience.com/AED195>.

Cardiac Science a détecté ce problème par le biais de ses systèmes de qualité internes et n'a reçu aucune plainte à propos de ce problème sur le terrain. Les DEA concernés ont été fabriqués ou réparés entre le 19 octobre 2009 et le 15 janvier 2010, et incluent les modèles suivants :

- Powerheart 9300A, 9300E, 9300P, 9390A, 9390E
- CardioVive 92532
- CardioLife 9200G et 9231

Les clients qui ont reçu l'un de ces modèles de DEA depuis le 19 octobre 2009 peuvent se rendre sur le site <http://www.cardiacscience.com/AED195> pour déterminer s'ils ont un DEA concerné. Chaque DEA concerné doit immédiatement être mis hors service dans la mesure où il risque de ne pas pouvoir délivrer le traitement prévu.

Tous les DEA concernés seront gratuitement remplacés. Cardiac Science contactera les clients par courrier et leur fournira des DEA de rechange dès qu'ils seront disponibles. On prévoit que l'envoi des DEA de rechange se fera dès le 15 février.

L'entreprise prévoit d'enregistrer un débit de 2,0 à 3,0 millions de dollars au quatrième trimestre 2009, ce qui reflète l'estimation actuelle des coûts liés à cette action. Les coûts réels pourront varier en fonction de plusieurs facteurs. Les décaissements liés au remplacement des DEA concernés se produiront au cours du premier semestre 2010. L'entreprise ne pense pas que cette action aura un effet nuisible significatif sur son aptitude à satisfaire les commandes de DEA du premier trimestre.

Aux États-Unis, les clients pourront contacter l'entreprise immédiatement au 888.402.2484. En dehors des États-Unis, les clients pourront appeler le

+44.161.926.0011 ou le commercial Cardiac Science le plus proche. Pour des renseignements supplémentaires, les clients peuvent également envoyer un courriel à l'entreprise à aed195@cardiacscience.com.

Déclarations d'anticipation

Ce communiqué de presse contient des déclarations d'anticipation. Les mots « croit », « prévoit », « pense » ou « anticipe » et toute variante et expression similaire identifient des déclarations d'anticipation, mais leur absence ne signifie pas que la déclaration n'est pas d'anticipation. Les déclarations d'anticipation dans ce communiqué de presse incluent, mais sans s'y limiter, celles qui désignent la date d'envoi et le volume des DEA de rechange, le volume et la satisfaction des commandes, la date et le montant des dépenses à enregistrer dans les états financiers liés au remplacement des DEA affectés, et la date et le montant des décaissements associés. Il s'agit de déclarations d'anticipation pour satisfaire les dispositions de la règle refuge en vertu de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les résultats et la performance réels pourront varier de manière significative par rapport à ceux exprimés ouvertement ou implicitement dans ces déclarations. Les facteurs pouvant causer ou contribuer à causer de tels écarts dans les résultats et d'autres risques sont décrits en détail dans le Rapport annuel du formulaire 10-K déposé par Cardiac Science Corporation pour l'année prenant fin le 31 décembre 2008, tel que mis à jour dans les rapports trimestriels suivants sur le formulaire 10-Q. La Cardiac Science Corporation n'est pas dans l'obligation de mettre à jour les informations fournies ici.

Pour plus de renseignements,

Contact entreprises :	Contact investisseurs :	Contact médias :
Mike Matysik Cardiac Science Corporation Vice-président directeur et directeur financier 425.402.2009	Matt Clawson Allen & Caron 949.474.4300 matt@allencaron.com	Christopher Gale EVC Group Inc. 646.201.5431 203.570.4681 cgale@evcgroup.com

LOGO : http://www.cardiacscience.com/images/main_logo.gif
CSCX-F

###