

Dardilly, le Décembre 2010

A l'attention : - des responsables de laboratoire
- des directeurs de l'établissement de santé
- des correspondants locaux de réactovigilance
A transmettre à toute personne concernée dans l'organisation

**Objet : Retrait SUPPLEMENT BCYE-référence SR0110C- lot 906009
Supplément pour la fabrication du milieu de culture BCYE pour Legionella**

Madame, Monsieur,

Suite à des signalements d'utilisateurs, des investigations internes ont confirmé une faible contamination du Supplément BCYE SR0110C lot 906009. L'utilisation de ce produit peut conduire à l'obtention de milieux de culture contaminés et conduire à des résultats retardés ou erronés. Les bactéries contaminantes n'appartenant pas au genre *Legionella*, il n'y a pas de risque de rendre un résultat faussement positif.

En conséquence, nous vous demandons :

- **de ne plus utiliser et de détruire les flacons de supplément BCYE lot 906009 en votre possession**
 - **De reconsidérer les résultats rendus avec ce lot.**
 - **de nous retourner le certificat de destruction ci-joint par fax au 04 78 66 03 76.**
- Dès réception du fax, nous vous enverrons un autre lot en remplacement**

L'AFSSAPS a été informée de cette communication .

Notre assistance technique est à votre disposition si nécessaire au 04 72 52 33 73.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

MF MARQUET
Chef de produits

CERTIFICAT DE DESTRUCTION

(à nous retourner même si vous n'avez plus de produit) au 04 78 66 03 76

**OXOID SA
6 route de Paisy
69571 DARDILLY CEDEX
Fax : 04 78 66 03 76**

Je soussigné(e) :

Déclare avoir détruit coffrets de SUPPLEMENT BCYE SR0110C lot 906009 restant en ma possession.

Cocher la case adéquate :

- Je désire un remplacement immédiatement
- Je désire un remplacement joint à ma prochaine commande

Date :

Tampon et signature du responsable :