

A l'attention des utilisateurs du test FOB

Regensburg, le 28.03.11

Objet : Rappel du lot FOB1009001 - Test NADAL FOB Recherche de sang dans les selles

PJ : « Télécopie réponse », « Recommandation AFSSAPS »

Madame, Monsieur,

Nous vous informons que lot FOB1009001 du test NADAL FOB, référence 272001 a été affecté par un problème de conditionnement.

En effet, à l'ouverture de certains sachets individuels étiquetés "FOB - Recherche de sang dans les selles", il a été constaté qu'ils ne contenaient pas des tests "FOB", mais des tests "AMP" pour la détection des amphétamines dans les urines.

En conséquence, vous devez immédiatement vérifier votre stock pour savoir si vous avez encore des tests du lot FOB1009001. Dans ce cas, vous devez immédiatement arrêter de les utiliser et détruire le stock restant.

Cet avis doit être transmis à toutes les personnes concernées dans votre organisation ou à toute organisation vers laquelle le dispositif concerné a été transféré.

Vous trouverez ci-joint un courrier de l'AFSSAPS détaillant les mesures à prendre concernant les patients chez qui la recherche de sang dans les selles a été effectuée avec le lot FOB1009001.

Veuillez remplir la télécopie réponse ci-jointe, en inscrivant les produits et quantités à échanger.

Si toutefois vous n'avez plus ce lot en stock, nous vous remercions de nous retourner, tout de même, cette télécopie afin de nous permettre de vérifier la bonne réception du courrier.

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter gratuitement au 0800 915240.

Recevez, Madame, Monsieur, l'expression de nos sincères salutations.

nal von minden GmbH

TÉLÉCOPIE RÉPONSE

Pouvez-vous retourner cette télécopie à :

NAL VON MINDEN

Numéro de fax : 0800 909 493

Rappel de lots du test NADAL FOB Cassette

Merci de compléter les sections ci-après :

Produit à échanger	Nombre de coffrets à échange
Test NADAL FOB Cassette Référence : 272001 Lot : FOB1009001	

Nom du laboratoire :

J'ai bien pris connaissance de l'avis de sécurité concernant la nécessité de reconvoquer les patients dont la recherche de sang dans les selles a été effectuée à l'aide d'une cassette du lot FOB1009001.

NOM et signature : _____

Date : _____

Titre : _____