

# BIOMETRICS FRANCE

40 à 42, Route de Chartres  
91940 GOMETZ LE CHATEL  
France

Téléphone 01 60 19 34 35  
Télécopie 01 60 19 35 27  
[www.biometrics.fr](http://www.biometrics.fr)

Gometz-Le-Châtel, le 22/11/2012

**Objet : Avis de sécurité– Rappel de consommables médicaux – Séries 221 Aiguille électrode stérilisée à usage unique Fine wire**

Madame, Monsieur,

La société Chalgren Entreprises Inc. procède au rappel des aiguilles électrode stérilisée à usage unique Fine wire que vous avez acheté récemment chez Biometrics France – 40 à 42 Route de Chartres – 91940 Gometz-Le-Châtel.

En effet, suite à une erreur d'impression apposant le marquage CE sur les boîtes des aiguilles Fine wire, le fournisseur a décidé de rappeler toutes les boîtes comprenant cette erreur d'impression.

Nous vous demandons par conséquent de nous retourner les dispositifs listés ci- après et vous prions de bien vouloir :

- 1- Retirer ces lot de votre inventaire
- 2 - Compléter le formulaire accusé de réception et le retourner à l'adresse indiquée sur le formulaire par courrier, email ou fax.

A l'attention de Sarah Laassel

**BIOMETRICS FRANCE - 40 à 42 Route de Chartres**

**91940 Gometz-Le-Châtel**

**Tél : +33 (0) 1 60 19 34 35 - Fax : +33 (0) 1 60 19 35 27 - Mail : [sarah.laassel@biometrics.fr](mailto:sarah.laassel@biometrics.fr)**

| Lot ID | Référence Chalgren | Référence Biometrics France |
|--------|--------------------|-----------------------------|
| W134   | 221-28SS-730       | MA318/30                    |
| W135   | 221-28SS-550       | MA318/50                    |
| V487   | 221-28SS-730       | MA318/30                    |

De plus, compte tenu des coûts exigés pour l'obtention du marquage CE, le fournisseur a décidé de ne plus faire la demande de certification CE.

De ce fait, les produits Chalgren, ne peuvent plus être commercialisés en Europe.


Les autorités nationales compétentes concernées ont été notifiées de ce rappel des lots.

Votre coopération est appréciée et nous vous remercions pour votre collaboration. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question complémentaire.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

El Mostafa Laassel

**Pièces jointe:** Formulaire d'avis de sécurité – Accusé de réception (1 page)



# BIOMETRICS FRANCE

40 à 42, Route de Chartres  
91940 GOMETZ LE CHATEL  
France

Téléphone 01 60 19 34 35  
Télécopie 01 60 19 35 27  
[www.biometrics.fr](http://www.biometrics.fr)

## FORMULAIRE D'AVIS DE SECURITE (ACCUSE DE RECEPTION)

Dispositif médical: **Aiguille électrode stérilisée à usage unique Fine wire**

Références: **MA318/30 et MA318/50**

Lot impacté: **W134 – W135 – W487**

Fabricant légal: **Chalgren Entreprises Inc.**

**Novembre 2012**

**IMPORTANT: Merci de retourner ce formulaire complété même si aucun dispositif n'est retourné**

Client (Cachet commercial)

### Merci de bien vouloir retourner le formulaire :

par fax: +33 (0)1 60 19 35 27 Ou par e-mail: [sarah.jaassel@biometrics.fr](mailto:sarah.jaassel@biometrics.fr)

**Dispositif médical: Séries 221 Aiguille électrode stérilisée à usage unique Fine wire**

**Référence: MA318/30 et MA318/50**

**Lot impacté: W134 – W135 – V487**

Cocher la case appropriée

Le dispositif sera renvoyé. Nombre de dispositifs à retourner : \_\_\_\_\_

Le dispositif ne sera pas retourné car :

Utilisé

Perdu

Autre. Merci de spécifier ci-dessous :

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Nom : \_\_\_\_\_ Fonction : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_ Signature : \_\_\_\_\_

Annexe – Formulaire accusé de réception