

Dardilly, le Novembre 2012

- A l'attention :
- des responsables de laboratoire
 - des directeurs de l'établissement de santé
 - des correspondants locaux de réactovigilance

Objet : Information de sécurité importante concernant le réactif CT0425B Ciprofloxacine (disque antibiotique) lot 1220205

Madame, Monsieur,

Suite à des signalements d'incidents, une investigation technique a confirmé que certains coffrets de CT0425B Ciprofloxacine lot 1220205 pouvaient renfermer des cartouches de CT0827S Ampicilline lot 1220214. Un faible nombre de coffrets sont concernés (moins de 0.7% - moins de 11 coffrets). Les cartouches concernées ainsi que les disques sont clairement identifiés comme étant de l'ampicilline et non de la ciprofloxacine.

En conséquence, nous vous demandons :

- **de vérifier que vos coffrets de CT0425B Ciprofloxacine lot 1220205 renferment uniquement des cartouches de CT0425B lot 122025.**

Si nécessaire, nous procéderons au remplacement de votre coffret.

L'ANSM a été informée de cette communication

Notre assistance technique est à votre disposition si nécessaire au 04 72 52 33 73

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

MF MARQUET
Chef de produits

CERTIFICAT DE DESTRUCTION (à nous retourner même si vous n'avez plus de tests)

**OXOID SA
6 route de Paisy
69571 DARDILLY CEDEX
Fax : 04 78 66 03 76**

Je soussigné(e) :

- Confirme avoir reçu l' information de sécurité concernant le CT0425B Ciprofloxacine lot 1220205

Cocher la case adéquate pour le remplacement :

- Je désire un remplacement ultérieur joint à une prochaine commande
 Je désire un remplacement immédiat

Date :

Tampon et signature du responsable :