

Dardilly, le Décembre 2012

A l'attention : - des responsables de laboratoire  
- des directeurs de l'établissement de santé  
- des correspondants locaux de réactovigilance

**Objet : Retrait PO1175A Brilliance VRE lot 1233036  
Milieu prêt à l'emploi pour le dépistage des porteurs d'entérocoques résistants à la vancomycine**

Madame, Monsieur,

Suite à des signalements d'incidents, une investigation technique a confirmé la présence de contaminants sur les boîtes sous forme de colonies bleues présentes dans le coffret fermé avant incubation.

C'est pourquoi nous vous demandons :

- **de ne plus utiliser le lot 1233036 du PO1175A Brilliance VRE**
- **de détruire les boîtes restantes et de nous retourner le certificat de destruction joint, par fax au 04 78 66 03 76.**

L'ANSM a été informée de cette communication

Notre assistance technique est à votre disposition si nécessaire au 04 72 52 33 73

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

MF MARQUET  
Chef de produits

**CERTIFICAT DE DESTRUCTION (à nous retourner même si vous n'avez plus de tests)**

**OXOID SA**  
**6 route de Paisy**  
**69571 DARDILLY CEDEX**  
**Fax : 04 78 66 03 76**

Je soussigné(e) :

- Déclare ne plus avoir de coffrets de ce lot de réactif
- Déclare avoir détruit ..... coffrets de PO1175A Brilliance VRE lot 1233036

*Cocher la case adéquate pour le remplacement :*

- Je désire un remplacement immédiatement
- Je désire un remplacement ultérieur joint à une prochaine commande

Date :

Tampon et signature du responsable :