

**INFORMATION  
IMPORTANTE  
Mise en quarantaine**

**A l'attention du Pharmacien  
Etablissement Hospitalier**

Maurepas, le 04 Février 2013

**Objet : Mise en quarantaine du dispositif médical  
Eau stérile pour irrigation, 1000 ml  
Code produit UKF7114 lot 12H28B27**

Madame, Monsieur,

Suite à une réclamation liée à la présence de champignons filamenteux saprophytes non aspergillus dans le produit mentionné ci-dessus et en accord avec l'ANSM, Baxter S.A.S. a décidé de mettre en quarantaine les unités de ce lot.

Notre traçabilité indique que le lot concerné 12H28B27 vous a été délivré, nous vous demandons par mesure de précaution d'arrêter toute utilisation de ce produit jusqu'à ce que l'investigation au niveau de l'ANSM soit terminée.

Nous ne manquerons pas de vous informer des résultats de l'investigation.

Nous vous prions de compléter le formulaire de réponse joint à la présente et de le faxer au 01 34 61 51 36.

Nous vous présentons, ainsi qu'à vos collaborateurs, nos excuses pour tout inconvénient que cette action peut vous occasionner.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.

**Jean-Pierre HUE**  
Pharmacien Responsable  
BAXTER France

Page 1/2

## Formulaire de réponse du courrier du 04 Février 2013

**MISE EN QUARANTAINE**  
**Eau stérile pour irrigation, 1000 ml**  
**Code produit UKF7114 lot 12H28B27**

**Compléter et renvoyer ce formulaire au numéro de FAX suivant :**  
**Fax : 01.34.61.51.36**

Nom et adresse de l'établissement	
-----------------------------------	--

Je confirme avoir reçu le courrier ci-joint, **avoir mis les unités du lot 12H28B27 en quarantaine** et diffusé cette information à mes équipes et aux autres services ou établissements, si tel est le cas.

Confirmation de réponse complétée par : <i>(Merci de mentionner votre nom)</i>	
Fonction :	
Numéro de téléphone :	

<b>Signature / date :</b>  (Champ obligatoire)	
--	--