

Dardilly, le 13 Mars 2006

A l'attention : - des responsables de laboratoire  
- des directeurs de l'établissement de santé  
- des correspondants locaux de réactovigilance

**Objet : Coffret pour le diagnostic de mononucléose infectieuse  
DR0680M IM test - lot 382735**

Madame, Monsieur,

Suite à des informations d'utilisateurs, un contrôle préliminaire a été effectué sur le lot 382735 de la référence DR0680M IM TEST. Ce contrôle a montré la possible survenue de résultats faux positifs faibles.

En conséquence et avec l'accord de l'AFSSAPS, nous vous demandons :

- **de ne plus utiliser le lot 382735 de la référence DR0680M IM test**
  
- **de détruire les tests restants et de nous retourner le certificat de destruction joint, par fax au 04 78 66 03 76. A réception nous procéderons à l'échange des tests.**
  
- **Si cela n'a pas été fait, de contrôler les résultats positifs générés avec le lot 382735.**

Notre assistance technique est à votre disposition si nécessaire au 04 72 52 33 73.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

MF MARQUET  
Chef de produits

**CERTIFICAT DE DESTRUCTION (à nous retourner même si vous n'avez plus de tests)**

**OXOID SA**

**6 route de Paisy**

**69571 DARDILLY CEDEX**

**Fax : 04 78 66 03 76**

Je soussigné(e) :

NOM

Adresse

Déclare avoir détruit ..... tests de IM TEST DR0680M lot 382735 en ma possession.

Date :

Tampon et signature du responsable :