

Dardilly, le 30 Mars 2006

A l'attention : - des responsables de laboratoire
- des directeurs de l'établissement de santé
- des correspondants locaux de réactovigilance

**Objet : Disques pour antibiogramme
CT0455B IMIPENEM – lots 437930-437982-437984**

Madame, Monsieur,

Des investigations techniques ont montré une instabilité de la charge en Imipenem pour les lots mentionnés ci-dessus avec pour risque de rendre un résultat faussement résistant à l'Imipenem..

En conséquence et avec l'accord de l'AFSSAPS, nous vous demandons :

- **de ne plus utiliser les lots 437930- 437982- 437984 de la référence CT0455B Imipenem disques.**
- **de détruire les tests restants et de nous retourner le certificat de destruction joint, par fax au 04 78 66 03 76**

Notre assistance technique est à votre disposition si nécessaire au 04 72 52 33 73.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

MF MARQUET
Chef de produits

CERTIFICAT DE DESTRUCTION (à nous retourner même si vous n'avez plus de tests)

OXOID SA

6 route de Paisy

69571 DARDILLY CEDEX

Fax : 04 78 66 03 76

Je souigné(e) :

NOM

Adresse

Déclare avoir détruit coffrets de Imipenem CT0455B lot 437930-437982 et /ou 437984 en ma possession.

Date :

Tampon et signature du responsable :