

Nos réf.:CS/FC

«LivNom»

«LivInterloc»

«LivAdr»

«LivSuiteAdr»

«LivCp» «LivVille»

A l'attention :

- **du Responsable du laboratoire**
- **du Directeur de l'Établissement de santé**
- **du correspondant local de réactovigilance**

Montpellier, le 22 juin 2006

Objet: **Retrait de lots du réactif Fer**

- réf. **SI7967** : lots **054019, 056408, 058868 et 064443**
- réf. **SI7968** : lot **053248**
- réf. **SI3821** : lots **058766 et 053962.**

«Titre»,

Vous êtes utilisateur pour le dosage du Fer Sérique d'une des références et lots cités en objet.

Notre Unité de Contrôle Qualité, nous informe de l'apparition occasionnelle d'un précipité dans les flacons de réactif. Seul l'aspect de la solution est non conforme aux caractéristiques mentionnées dans la fiche de sécurité. Ceci n'affecte en aucun cas les résultats patients.

Par conséquent, en accord avec l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé, nous vous demandons :

- **de ne plus utiliser les lots,**
- **de nous retourner l'avis de destruction ci-joint dûment rempli.**

Un échange de coffret sera réalisé dès réception de ce bordereau.

Nous restons à votre disposition pour tout complément d'information.

Merci de votre confiance.

Fabienne CANTIE
Support Technique

Christian SUAREZ
Systems Manager

AVIS DE DESTRUCTION

Bordereau à retourner

à Laboratoires Randox
BP 82 / 1115 rue Hélène Boucher
34131 MAUGUIO

par télécopie : 04-99-13-67-41
courriel : randoxfr@randox.com

Nom du Laboratoire : «LivNom» _____

Nom : «LivInterloc» _____

Adresse : «LivAdr» _____
«LivSuiteAdr» _____

Code Postal : «LivCp» _____ *Ville* : «LivVille» _____

utilisateur de :

SI7967 054019 056408 058868 064443

SI7968 053248

SI3821 058766 053962.

Nombre de coffrets détruits par le laboratoire : _____