

**INFORMATION QUALITE****Rappel d'un lot  
Lin-Zhi Contrôle de la norbuprénorphine niveau 2 (13 ng/ml)**

RÉF.	LOT	
<b>A68825</b>	<b>1307086</b>	<b>28/03/2015</b>

Madame, Monsieur, Cher client,

La société Lin-Zhi International vous informe d'un rappel du lot #1307086 concernant le contrôle qualité de la norbuprénorphine, RÉF A68825 niveau 2 (13 ng/ml), utilisé avec la trousse du réactif UDR (Chimie Client) pour le dosage immunoenzymatique de la buprénorphine (BUPX) RÉF A53684.

<b>Anomalie :</b>	Les résultats du contrôle qualité BUPX niveau 2, obtenus avec le lot #1307086, sont inférieurs aux concentrations annoncées.
<b>Mesure :</b>	Nous vous recommandons de ne plus utiliser ce lot et de le détruire.

Merci de vous assurer que tous les utilisateurs de ce réactif sont avertis de cette situation et d'intégrer ce courrier dans la documentation Qualité de votre analyseur. Si vous avez transféré ce produit dans un autre laboratoire, merci de lui faire parvenir une copie de ce courrier.

Afin de recevoir gratuitement des produits de remplacement, merci de nous retourner, sous 10 jours, la télécopie réponse, ci-jointe, après l'avoir complétée. Si toutefois, vous n'avez plus ce lot en stock, nous vous remercions de nous retourner, tout de même, ce fax afin de nous permettre de vérifier la bonne réception de ce courrier.

L'ANSM a été informée de ce rappel de lot.

En vous priant d'accepter nos excuses pour les désagréments rencontrés, nous vous remercions de la confiance que vous témoignez à notre marque.

Avec nos plus sincères salutations,



Fabien CHIROUZE  
Responsable Qualité & Affaires Réglementaires  
[fchirouze@beckman.com](mailto:fchirouze@beckman.com)

Pièce jointe : Formulaire de remplacement+réponse

**FAX REPONSE**

Pouvez-vous retourner cette télécopie à :

**Beckman Coulter France  
A l'attention de F.CHIROUZE  
Fax Numéro : 01 49 90 92 14****Rappel d'un lot  
Lin-Zhi Contrôle de la norbuprénorphine niveau 2 (13 ng/ml)**

RÉF.	LOT	
A68825	1307086	28/03/2015

Merci de compléter les sections ci-après :

RÉF.	LOT	Quantité à échanger
A68825	1307086	

Nom et Cachet du laboratoire :  
  
\_\_\_\_\_ J'ai bien pris connaissance de l'information qualité PCA-22154-1 concernant le retrait du lot #1307086.

Nom et Prénom : \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_

Titre : \_\_\_\_\_

Email : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_