

TELECOPIE

Destinataire :

CENTRE HOSPITALIER
- Pharmacien
- Correspondant Matérovigilance

Expéditeur :

B. Braun Medical - France
Direction Qualité
Didier GERBAUD

204, Avenue du Maréchal Juin - BP 331
F - 92107 BOULOGNE Cedex

24 MAI 2006

Fax - N°
01 41 10 53 85

Fax - N°.

Pages (celle-ci incluse) : 2

Objet : RAPPEL DE LOT

Concerne : SET BIOPSIE HEPAFIX – lot 5 L 090 18701 – ref 000 84 48 H

Madame, Monsieur,

Suite à un signalement de mélange de référence dans un conditionnement, nous procédons, avec l'accord de l'AFSSA PS, au rappel de lot du produit suivant :

SET BIOPSIE HEPAFIX 1,4 x 88 ref 0008448 H
Lot 5L 090 18701

Nous vous demandons d'informer les éventuels établissements auxquels vous auriez cédé ce produit.

En conséquence, nous vous demandons de bien vouloir cesser l'utilisation de ces produits, les isoler et les tenir à notre disposition pour reprise.

Nous vous invitons à contacter votre chargé de clientèle pour organiser le retour et l'échange des stocks de produits en votre possession. A cet effet, nous joignons un fax de réponse que nous vous demandons de nous retourner dûment complété afin de permettre à notre service Client d'organiser la reprise des produits.

Restant à votre disposition, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sincères salutations.

Didier GERBAUD
Directeur Qualité
Correspondant Matérovigilance

PJ - 1

TELECOPIE

Destinataire :

CENTRE HOSPITALIER
- Pharmacien
- Correspondant Matérovigilance

Expéditeur :

B. Braun Medical - France
Direction Qualité
Didier GERBAUD

204, Avenue du Maréchal Juin - BP 331
F - 92107 BOULOGNE Cedex

Boulogne, le 24 mai 2006

Fax - N°
01 41 10 53 85

Fax - N°.

Pages (celle-ci incluse) : 2

Objet : RAPPEL DE LOT

Concerne : SET BIOPSIE HEPAFIX – lot 5 L 090 18701 – ref 000 84 49 J

Madame, Monsieur,

Suite à un signalement de mélange de référence dans un conditionnement, nous procédons, avec l'accord de l'AFSSA PS, au rappel de lot du produit suivant :

SET BIOPSIE HEPAFIX 1,4 x 88 ref 0008449J
Lot 5L 090 18701

Nous vous demandons d'informer les éventuels établissements auxquels vous auriez cédé ce produit.

En conséquence, nous vous demandons de bien vouloir cesser l'utilisation de ces produits, les isoler et les tenir à notre disposition pour reprise.

Nous vous invitons à contacter votre chargé de clientèle pour organiser le retour et l'échange des stocks de produits en votre possession. A cet effet, nous joignons un fax de réponse que nous vous demandons de nous retourner dûment complété afin de permettre à notre service Client d'organiser la reprise des produits.

Restant à votre disposition, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sincères salutations.

Didier GERBAUD
Directeur Qualité
Correspondant Matérovigilance

PJ - 1