

ZA La Gobette
60540 Puisieux le Hauberger
FRANCE
Tel: (33) 03 44 74 19 95
Fax: (33) 03 44 74 18 94

Madame, Monsieur,

Suite à une inspection de l'Afssaps les 26, 27 et 28 juin 2006, il a été mis en évidence l'absence de marquage CE pour certains dispositifs : en conséquence, la société MESALYSE doit procéder au rappel de ces produits, à savoir tous les lots d'aiguilles, de seringues et de multi-injecteurs pour mésothérapie dont les références sont listées ci-dessous.

AIGUILLES	MULTI-INJECTEURS	SERINGUES
010204	120103	11001
010206	120105	
010304	120203	
010306	120205	
010313	120207	
010404		
010406		
010413		

Nous vous serions donc reconnaissants de bien vouloir nous les retourner par colis postal. Le remboursement de l'expédition vous sera expédié dès réception.

Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire au :
03 44 74 19 95

Je vous prie de bien vouloir nous excuser pour ce désagrément et vous tenons informé dès que la situation évolue.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.

François BAPTENDIER
Directeur