

A l'attention du correspondant matériovigilance

Quint, le 01 avril 2005

Objet : RAPPEL de Valve d'arrêt de vide Stop-vac – REF 200457 – lot A0403106

Madame, Monsieur,

Suite à des réclamations client portant sur le lot A0403106 relatives à un dysfonctionnement de l'aspiration, le fabricant en accord avec l'Afssaps souhaite procéder au rappel du lot concerné par principe de précaution.

Plusieurs unités de ce lot vous ont été livrées. Nous vous demandons de bien vouloir vérifier si ces produits se trouvent encore dans votre établissement. Si c'est le cas, nous vous remercions de ne plus les utiliser et de nous contacter afin d'organiser leur retour.

Nous vous rappelons qu'il est important de vérifier le bon fonctionnement du dispositif avant son utilisation comme le préconise la notice d'instruction.

Nous vous remercions pour votre coopération et nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Yasmine MOUTON
Pharmacien Qualité

Asept Inmed SA
Ecoparc 1 - 9 Av Mercure
31130 Quint-Fonsegrives (France)
Tél. +33 5 62 57 69 18
Fax +33 5 62 57 69 24
e.mail: ymouton@aseptinmed.fr