

## NOTIFICATION DE RAPPEL DE LOT PROLONGATEUR LINEAIRE PVC

Cher Client,

Nous venons de constater une anomalie concernant nos prolongateurs linéaires PVC référence PR150/A et PR200/A du lot 5C.

Un petit nombre de prolongateurs pourraient présenter un défaut de collage entre l'embout luer lock femelle et la tubulure.

Afin d'éviter toute possibilité de risque, et en accord avec l'AFSSAPS, nous souhaitons procéder au rappel de ce lot.

Pour procéder à l'échange de ces produits, pouvez-vous nous retourner par fax la fiche ci-dessous dument remplie.

Nous regrettons sincèrement la gêne occasionnée par ce problème. N'hésitez pas à nous contacter au 02 35 54 70 63 pour toute question complémentaire.

Nous vous prions de croire, cher client, en l'assurance de notre considération distinguée.

Sébastien PERIER  
Directeur Qualité

Leslie LE GOUARDER  
Responsable Commerciale

---

Si le produit est toujours dans vos stocks, merci de compléter ce formulaire et de le faxer au 02 35 44 93 88. Dès que nous aurons reçu ce formulaire complété, nous prendrons les dispositions afin de vous assurer le remplacement des produits.

Référence et n° de lot	Nombre de produits à retourner

Nom client : .....

Date : .....

Signature :

