

Direction des dispositifs médicaux de diagnostic et des plateaux techniques  
Equipe produits dispositifs médicaux des plateaux techniques

Saint-Denis, le 13/01/2014

**A l'attention des correspondants locaux de matériovigilance  
et directeurs d'établissement de santé  
pour diffusion aux services de dialyse et de réanimation**

## **BILAN DE L'ENQUETE concernant le risque de réactions allergiques lié aux dialyseurs**

---

L'ANSM a réalisé une étude sur la problématique des réactions allergiques aiguës liées aux dialyseurs.

Dans le cadre de cette étude, une enquête a été réalisée en mars 2012. Nous remercions les établissements qui ont pu y participer.

Les données recueillies permettent de confirmer que des réactions allergiques peuvent survenir sur n'importe quel type de membrane. Il n'a pas pu être mis en évidence de risque allergique plus élevé avec un type de membrane.

Aussi, nous vous invitons à consulter le bilan de cette étude, disponible sur notre site internet : **[www.ansm.sante.fr](http://www.ansm.sante.fr)** (rubrique Publications / rapports-synthèses / dispositifs médicaux).

La conclusion de cette étude n'appelle pas à la mise en œuvre de mesures spécifiques. Toutefois, l'ANSM continuera à suivre l'évolution de cette problématique dans le cadre de la matériovigilance.

Nous vous rappelons que tout incident ou risque d'incident grave avec un dispositif médical doit être déclaré dans le cadre de la matériovigilance à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé / Direction de la surveillance (mail : [materiovigilance@ansm.sante.fr](mailto:materiovigilance@ansm.sante.fr) - Fax : 01.55.87.37.02).