

Coordonnées clients

Nos Réf. : MRS 13-xxx

Bobigny, le 27 Décembre 2013

LETRE RECOMMANDEE AVEC AR

IMPORTANT ET URGENT - RAPPEL DE PRODUIT

CONCERNE NOTRE PRODUIT :

DESIGNATION	REFERENCE	LOT	DATE DE LIVRAISON
SONDE MOTIN SM24 ASP OR.TER 65CM CH14	06SM2414	70442	xxx
SONDE MOTIN SM21 ASP 1OEIL 65CM CH12	06SM2112	70637	
SONDE MOTIN SM21 ASP 1OEIL 65CM CH16	06SM2116	70837	
SONDE MOTIN SM24 ASP OR.TER 65CM CH14	06SM2414	70839	

MOTIF DU RAPPEL :

Nous suspectons la présence de particules pouvant éventuellement entrainer un risque d'irritation chez le patient sur les lots identifiés ci-dessus qui vous ont été livrés.

Nous tenons à préciser que les produits concernés sont stériles et qu'il n'y a aucun risque d'infection.

Merci, dès réception de la présente, de contacter le service Assurance Qualité de la société PETERS SURGICAL, 42 rue Benoît FRACHON - 93013 BOBIGNY CEDEX - FRANCE

Téléphone (33) 01 48 10 62 62
Fax (33) 01 48 91 62 72
E-mail qualite@peters-surgical.com

Merci de nous retourner au plus vite les produits mentionnés ci-dessus.