

Courrier COOPER

**URGENT**

**A REMETTRE IMMEDIATEMENT  
AU PHARMACIEN DE PERMANENCE**

**RAPPEL DE LOT**

**PRODUIT CONCERNE :  
CLAMP DE BAR – RAMCLAMP  
Code article : 2134300  
Réf : 720216                      n° de lot : 140111**

---

**MOTIF DU RETRAIT**

---

En juin dernier suite à quelques réclamations clients, nous vous avons fait parvenir par fax une recommandation d'utilisation du clamp de bar référencé ci-dessus.

Après investigation auprès du fabricant, celui-ci nous a informé d'un problème survenu au cours de la fabrication des clamps de bar (usure anormale des dents) pouvant rendre insuffisant le clamping des cordons.

Par conséquent, et en accord avec l'A.F.S.SA.P.S., nous procédons au rappel du lot n° 140111 du dispositif médical suivant :

**CLAMP DE BAR – RAMCLAMP  
Réf. 720216  
Fabricant : RI.MOS**

Pour toute information concernant les retours des produits, merci de téléphoner au :

**01.64.87.20.40.**

Courrier SODIS

**URGENT**

**A REMETTRE IMMEDIATEMENT  
AU PHARMACIEN DE PERMANENCE**

**RAPPEL DE LOT**

**PRODUIT CONCERNE :  
CLAMP DE BAR – RAMCLAMP  
Réf : 720216                      n° de lot : 140111**

---

**MOTIF DU RETRAIT**

---

Le fabricant nous a informé d'un problème survenu au cours de la fabrication des clamps de bar (usure anormale des dents) pouvant rendre insuffisant le clamping des cordons.

Par conséquent, et en accord avec l'A.F.S.SA.P.S., nous procédons au rappel du lot n° 140111 du dispositif médical suivant :

**CLAMP DE BAR – RAMCLAMP  
Réf. 720216  
Fabricant : RI.MOS**

Pour toute information concernant les retours des produits, merci de téléphoner au :

**03.89.45.72.22**

J. KOCH