

RAPPEL DE LOT



RAPPEL DE LOT VOLONTAIRE
URGENT

Laboratoire CCD
48 rue des Petites Ecuries
75010 PARIS France
Fax : (+33) 3 44 26 57 42
Tel : (+33) 3 44 26 86 73

Nous nous permettons de vous contacter suite à la détection ou suspicion d'un défaut sur la référence suivante qui vous a été livrée :

A remplir

Nom commercial / Trade Name	REFERENCE	LOT / Batch	Réception Date	Quantité quantity
Frydman Memory Standard model	130MF45	13121283		

Description du défaut détecté ou suspecté:

Des sondes intra-utérines à mémoire de forme ont été conditionnées dans des emballages marqués cathéter Frydman memory standard.

Conséquences sur le patient :

Si le problème n'est pas détecté au moment du chargement de l'embryon, le transfert d'embryon peut échouer.

Nous vous prions de bien vouloir :

- Si vous possédez encore en stock des références dans le lot mentionnés ci-dessus, localisez immédiatement toutes les unités concernées et placez-les en quarantaine. Isolez-les du reste de votre stock en attendant leur retour et le remplacement par le Laboratoire CCD.
- Si vous ne possédez plus en stock les références dans le lot cité car vous les avez déjà utilisées, nous vous demandons de bien vouloir nous en informer.

→ Veuillez accuser réception de ce message (efezelot@ccdlab.com ou fax : 03 44 26 57 42) et nous retourner ce document en complétant la quantité encore en stock

Date et visa du Correspondant Matériovigilance
P BOUVERET
20/03/2014

Date et visa du destinataire réception du fax