



Madame, Monsieur,

Nous vous confirmons qu'un problème d'identification s'est produit lors du remplissage d'une partie des flacons de Fuchsine de Ziehl (en l'occurrence le flacon n°4) de notre kit GRAM NICOLLE pour RAL STAINER, code 360220-0000.

Ce lot de Fuchsine de Ziehl a été utilisé pour constituer les 3 lots suivants de kits GRAM NICOLLE pour STAINER : lot D10002, D 20005, D41210.

Ces 3 lots font l'objet d'un rappel de lot et d'une déclaration de réactovigilance auprès de l'ANSM. Ils sont donc à écarter de votre stock et de celui de vos clients. Nous vous demandons donc d'informer tous vos clients ayant été livrés d'au moins un de ces lots, de ne plus les utiliser, et de vous les renvoyer ou de compléter le certificat de destruction joint.

Les kits renvoyés ou détruits par les utilisateurs ainsi que ceux que vous avez en stock, vous seront échangés dans les plus brefs délais.

Soyez assurés de notre total investissement dans la résolution de ce problème et dans votre satisfaction et celle de vos clients.

Frédéric IMBS

Président Directeur Général

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'F Imbs', is written below the printed name and title.