

Sysmex France S.A.S.
22, avenue des Nations
Paris Nord 2 – CS 51414 Villepinte
95944 Roissy CDG Cedex
 N° Indigo 0 825 007 077
0,18 € TTC / MN
Fax +33 (0)1 48 63 23 50
info@sysmex.fr

M

Villepinte, le 22 juillet 2014

N/réf. : JPC -1407A07-2

Objet : Information de Sécurité n°14DIV0522 ANSM

Madame, Monsieur,

Nous vous informons qu'une partie du May Grûnwald lot **C91718** présente un défaut de stabilité occasionné par une conservation inappropriée du produit à l'état de vrac.

Ce lot de May Grünwald a été vendu en 2.5 litres sous la référence 75010SX2500

Ce lot fait l'objet d'un rappel de lot et d'une déclaration de réactovigilance à l'ANSM car il peut présenter une coloration plus pâle.

Il est donc à écarter de votre stock.

Nous vous demandons de détruire votre stock résiduel et de nous retourner le certificat ci-joint pour accuser réception de cette information et nous transmettre les quantités détruites.

Les produits détruits seront échangés dans les plus brefs délais.

Soyez assurés de notre total investissement dans la résolution de ce problème pour votre satisfaction.

Jean Paul Caclin

Directeur Affaires Réglementaires

A faxer au 01 48 63 23 50

Ou à envoyer par mail à reactovigilance0522@sysmex.fr

Client : _____

Etablissement : _____

Service : _____

Ville : _____

Je soussigné(e), _____

Certifie avoir reçu l'information de retrait de lot C91718

et atteste avoir détruit les produits suivants :

Référence: 75010SX2500

Désignation: MAY GRÜNWARD SOLUTION FOR SP SYSTEMS

Lot : **C91718**

Quantité : _____ bidons de 2.5 l

Signature :

Date : _____

V2