

À Hauterive, le 16/02/2007

OBJET : RAPPEL DE PRODUIT

RÉFÉRENCE DU PRODUIT : 12 060, 12 100H & 5 100

RÉFÉRENCE DE LOT : 3534, 3532 & 3536

Cher client,

La société VECTEC procède, en accord avec l'AFSSAPS et à titre de précaution, au rappel des lots 3532, 3534 et 3536 de trocars tranchants références 12100H, 12060 et 5100 suite à des résultats non conformes de tests de stérilité réalisés sur des échantillons de la même charge de stérilisation.

Pour ce faire, nous vous demandons de nous retourner le plus vite possible en port dû les produits que nous vous avons fourni. Ceux-ci vous seront remplacés immédiatement, à titre gratuit.

Espérant que cela ne nuira pas à nos relations commerciales, nous vous prions de bien vouloir recevoir, l'expression de nos salutations empressées.

Elisabeth Wattiez  
Directrice Générale

**VECTEC** **Bioparc 03270 Hauterive France.**  
**Tél. : ++33 470 584 170 Fax : ++33 470 584 179**

*Ce document est la propriété de VECTEC. Il ne peut être reproduit ou communiqué en totalité ou en partie sans l'accord de VECTEC.*

Annexe 6, Indice : B Date de validité : 07/07/2003