

14 novembre 2014

AVIS DE SÉCURITÉ URGENT – RAPPEL DE PRODUIT

Seringue IV Luer Lock 1 ml IVL01 Medicina


À l'attention de : Tous les infirmiers, le personnel médical et le personnel technique qui utilisent ce produit ;

Motif de l'avis de rappel

La sécurité et la performance de ces dispositifs n'ont pas été correctement évaluées, le marquage CE du dispositif est donc invalide. Par conséquent, nous conseillons de retirer le produit du marché.

Détail du dispositif

Seringues IV Luer Lock 1 ml IVL01 de Medicina à utiliser avec des prolongateurs IV, des aiguilles de sécurité ou standard et un cathéter IV.



Seringues IV Luer Lock IVL01 de Medicina à rappeler, numéro de lot 20120901

Mesures à prendre

À tous ceux qui possèdent des seringues IV Luer Lock IVL01 de Medicina, nous recommandons de prendre les mesures suivantes :

1. Contacter Medicina à l'aide des coordonnées ci-dessous et renvoyer le produit à Medicina. À défaut, Medicina prendra les dispositions pour le récupérer.

Contact

Carol Cole
Assurance qualité
Unit 2
Rivington View Business Park
Station Road
Blackrod
Bolton
BL6 5BN
Courriel : carol@medicina.co.uk

Tél. : +44 (0) 1204 695050

Fax : +44 (0) 1204 697755

Medicina confirme que le présent avis a été transmis à l'agence de régulation appropriée.

RETOURNER LE FORMULAIRE PAR FAX

Avis de rappel – Novembre 2014

Seringue IV Luer Lock 1 ml IVL01 de Medicina

Veillez le retourner par fax à : Carol Cole, assurance qualité, et **Fax :** **+44 (0) 1204 697755**

Par la présente, nous certifions avoir reçu, lu et transmis cet avis de rappel de produit à toutes les personnes concernées au sein de notre société.

Hôpital/Dépôt :

Désignation :

Département :

Fonction :

Date :

Nom en majuscules.

Signature :