



Corbas, le 27 avril 2015

**Communication urgente de sécurité sanitaire – rappel de produit en raison d'un éventuel défaut de soudure**

Madame, Monsieur,

Nous devons vous informer d'un rappel par principe de précaution des produits mentionnés ci-dessous.

Nous avons constaté sur certains des kits instruments REF L13002E LOT HY140519 une soudure irrégulière qui peut conduire à une perte de stérilité. Par ailleurs, certaines précelles présentent des signes de piqure.

Nous vous demandons de nous retourner les kits instruments REF L13002E LOT HY140519 ou de mettre en quarantaine ces produits et de nous confirmer par retour du mail ci-après que ces produits ne sont plus utilisés.


Nous vous demandons de vous assurer que vos clients sont informés de cette communication urgente.

L'ANSM a été informée de ce rappel de lot.

Nous vous remercions par avance, et nous vous prions de nous excuser pour ces désagréments.

Veillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Albert COHEN  
PDG de MEDISTOCK

Virginie ZANCHIN   
Correspondant de Matéριοvigilance

**ZI DU CARREAU  
69960 CORBAS**

**Tél : 04.37.90.54.44**

**Fax : 04.37.90.54.45**

**Email : [contact@medistock.fr](mailto:contact@medistock.fr)**

**Site web : [www.medistock.fr](http://www.medistock.fr)**



Corbas, le 27 avril 2015

**Communication urgente de sécurité sanitaire – formulaire accusé de réception – mise en quarantaine**

Nom : \_\_\_\_\_ Prénom \_\_\_\_\_  
Nom de la société : \_\_\_\_\_  
Téléphone : \_\_\_\_\_ Télécopie : \_\_\_\_\_  
Date : \_\_\_\_\_ Signature \_\_\_\_\_

Référence	Lot	Quantité livrée	Dates de livraison	Quantité mise en quarantaine	Quantité distribuée
L13002E	HY140519				

L'établissement confirme (merci de cocher et remplir les zones ci-après)

**Qu'il ne possède plus de produit mentionné ci-dessus**      oui       non

**Que s'il a livré l'un de ces produits ci-dessus à une tierce partie, il a informé la tierce partie de la mise en quarantaine :**      oui       non

**Que le produit livré est toujours en sa possession ou en la possession de la tierce partie et en quarantaine.**      oui       non

Merci de renvoyer le formulaire complété par mail à [vzanchin@medistock.fr](mailto:vzanchin@medistock.fr), ou par courrier à l'adresse ci-dessous à l'attention du service qualité.

**ZI DU CARREAU  
69960 CORBAS**

**Tél : 04.37.90.54.44**

**Fax : 04.37.90.54.45**

**Email : [contact@medistock.fr](mailto:contact@medistock.fr)**

**Site web : [www.medistock.fr](http://www.medistock.fr)**