

NOTIFICATION DE SECURITE 2015-R-03

Limonest, le 6 juillet 2015

A l'attention de

**Objet : Laerdal Suction Unit (LSU) avec système Serres
réf. 78003029 (version espagnole)**



Un nombre limité de LSU nécessite un nouveau mode d'emploi

Madame, Monsieur,

Un nombre limité de LSU avec système Serres a peut-être été livré avec une version obsolète du mode d'emploi en espagnol qui ne correspond pas au système de bocal Serres reçu.

Raison:

Laerdal a modifié la connexion entre le bocal Serres et le LSU. Vous avez peut-être reçu un mode d'emploi incluant l'ancien système de connexion.

Conséquence:

Les informations concernant les pièces constituant le système Serres, les consignes relatives au montage et au démontage de ces pièces risquent d'être incorrectes.

Appareils affectés:

LSU avec système Serres, réf. 78003029 avec les numéros de série suivants :

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 78051576700 | 78211468192 | 78241468651 | 78361472031 |
| 78121578428 | 78211468193 | 78271469798 | 78381472592 |
| 78171579297 | 78211468194 | 78271469799 | 78381472593 |
| 78211468191 | 78211468195 | 78311470835 | 78481474739 |

D'après nos fichiers, vous avez reçu 2 LSU dont les numéros de série sont surlignés en **jaune**.

Quelles actions devez-vous mener?

1. Localisez vos LSU. Le numéro de série est imprimé au dos de l'appareil.
2. Vérifiez le mode d'emploi livré avec l'appareil:
 - a) Si la référence "**8192 Rev E**" est inscrite au dos du document (en bas sur le côté gauche), il convient de jeter ce mode d'emploi et de le remplacer le mode d'emploi joint en annexe du présent courrier.
 - b) Si la référence "8192 Rev F" est inscrite au dos du document (en bas sur le côté gauche), vous avez reçu la bonne version du mode d'emploi. Aucune action n'est à mener.
 - c) Si vous ne parvenez pas à localiser le mode d'emploi reçu avec votre LSU, veuillez utiliser le document joint au présent courrier.

Si vous n'êtes pas l'utilisateur final de l'appareil, veuillez faire suivre à vos clients cette notification de sécurité ainsi que le mode d'emploi joint.

L'ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé) a été informée.

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour cette erreur et restons à votre disposition pour tout complément d'information relative à la présente notification.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments dévoués.

F. CHATOT
Directeur
Laerdal Medical France

