

INFORMATION REACTO VIGILANCE – RAPPEL DE LOT

HCV-C31 RightSign HCV Rapid Test Cassette

HIV-C42 RightSign HIV Test Cassette

Merci de compléter ce document et de le retourner à ORGENTEC SASU :

Par Fax : 01 30 68 80 02 ou par Email: support.orgentec@orgentec.fr

1. Suite à une inspection de l’OMS chez le fabricant Hangzhou Biotest Biotech Co., Ltd, la société Hangzhou a initié un rappel de lot sur les produits précités.
2. Par conséquence, bien qu’aucun résultat faussement positif ou faussement négatif n’ait été déclaré en France ou ailleurs en Europe, la société Orgentec SASU, distributrice en France des produits Hangzhou Biotest Biotech d’Octobre 2015 à novembre 2015, vous demande de ne pas utiliser les produits dont les numéros de lots sont mentionnés ci-dessous, et de procéder à leur destruction immédiate.

Référence	Désignation	QTE livrée en France	N° LOT concernés par le rappel	Date de péremption
MO-IHCV-C31	HCV Rapid test cassette	1	00HCV15050007	30/05/2017
		1	00HCV14060001	30/06/2016
MO-IHIV-C42	HIV Rapid test cassette	1	00HIV14100001	30/10/2016

3. Nous vous remercions de nous retourner l’attestation de destruction ci-jointe dûment complétée :

par fax : **01 30 68 80 02**

ou par email : support.orgentec@orgentec.fr

Pour tout renseignement, merci de bien vouloir contacter :

Service hotline ORGENTEC SASU : **01 30 68 80 05**

ATTESTATION DE DESTRUCTION – Rappel de lot

HCV-C31 RightSign HCV Rapid Test Cassette, lot 00HCV15050007 - lot 00HCV14060001

HIV-C42 RightSign HIV Test Cassette – lot 00HIV14100001

	Nombre de kits reçus	Nombre de kits en stock : (indiquer « zéro » si nous n'avez plus de produit en stock	Nombre de kits détruits par vos soins
MO-IHCV-C31 – HCV Rapid test cassette - 00HCV15050007			
MO-IHCV-C31 – HCV Rapid test cassette – 00HCV14060001			
MO-IHIV-C42 – HIV Rapid test cassette – 00HIV14100001			

Laboratoire :

Adresse :

Code postal : Ville :

Nom, fonction :

Date :

Signature, cachet du laboratoire