

 Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé	Contrôle National de Qualité des analyses de biologie médicale Biochimie 15BI01
	Jean-Marc HATTCHOUËL (ANSM) Jacques de GRAEVE (Toulouse), Alain DAUNIZEAU (Lens), Alain PERARD (Lens)
Expédition – Clôture	18/03/2015 – 13/04/2015

RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES (toutes techniques confondues)
--

- **C8 & C9** (sérum) : Troponine I, Troponine T.
- **H21 & H22** (sang total) : HbA1c.

Analytes	Echantillon	Effectif	Moyenne	CV	Limites acceptables
Troponine I (µg/L)*	C8	753	0,369	71,9%	/
	C9	754	2,173	78,7%	/
Troponine T (µg/L)	C8	346	0,045	4,5%	(0,036 – 0,054)
	C9	345	0,308	5,3%	(0,246 – 0,370)
HbA1c (%)	H21	987	4,8	4,7%	(4,5 – 5,1)
	H22	991	7,2	3,9%	(6,7 – 7,7)

*Statistiques données à titre indicatif en raison de différences importantes entre les techniques de dosage.

Statistiques robustes (Algorithme A – norme NF ISO 13528).